



ООО «К-спейс»
Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,
в ОАО «Сбер банк»,
БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.
УНП 191765720,
тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ №293

«12» июня 2026г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «ЖОДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Аппарат: Аппарат рентгеновский диагностический стационарный УНИЭКСПЕРТ 3 плюс зав. №101 2019 г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Дека стола отклонена от основания. Затруднено перемещение деки в продольном направлении.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется ремонт деки стола с заменой подшипников.

Директор



Г.В. Егоров