

Технические характеристики (описание)

Сшивающие аппараты, кассеты к сшивающим аппаратам

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

Номер и наименование лота	Состав (комплектация) медицинского изделия	Количество
ЛОТ-1 Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией для кассет длиной 45 мм, со сменными кассетами к нему	Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией, для кассет 45 мм	40 штук
	Кассета к аппарату одноразовому эндоскопическому линейному с артикуляцией (длина кассеты – 45 мм, высота открытой скобы - 2,5 мм $\pm$ 0,1мм)	80 штук
	Кассета к аппарату одноразовому эндоскопическому линейному с артикуляцией (длина кассеты – 45 мм, высота открытой скобы - 3,5 мм $\pm$ 0,1мм)	200 штук
	Кассета к аппарату одноразовому эндоскопическому линейному с артикуляцией (длина кассеты – 45 мм, высота открытой скобы - 4,1 мм $\pm$ 0,1мм)	50 штук
ЛОТ-2 Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией для кассет длиной 60 мм, со сменными кассетами к нему	Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией, для кассет 60 мм	75 штук
	Кассета к аппарату одноразовому эндоскопическому линейному с артикуляцией (длина кассеты – 60 мм, высота открытой скобы - 2,5 мм $\pm$ 0,1мм)	10 штук
	Кассета к аппарату одноразовому эндоскопическому линейному с артикуляцией (длина кассеты – 60 мм, высота открытой скобы - 3,5 мм $\pm$ 0,1мм)	270 штук
ЛОТ-3 Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 25-26 мм		20 штук
ЛОТ-4 Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 28-29 мм		30 штук
ЛОТ-5 Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 31-32 мм		60 штук
ЛОТ-6 Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 33-34 мм		30 штук
ЛОТ 7 Кассеты сменные одноразовые к аппарату сшивающему многообразовому линейному БелЛСА-30М		700 штук
ЛОТ 8 Кассеты сменные одно-		900 штук

разовые к аппарату сшивающему многоразовому линейному БелЛСА-60М		
ЛОТ-9 Аппарат сшивающий линейный одноразовый с кассетой 55 мм (± 5 мм) со сменными кассетами к нему	Аппарат сшивающий линейный с ножом одноразовый с кассетой 55 мм (± 5 мм) Кассеты к аппарату сшивающему линейному с ножом одноразовому длиной 55 мм (± 5 мм))	15 штук 60 штук
ЛОТ-10 Аппарат сшивающий линейный одноразовый с кассетой 75 мм (± 5 мм) со сменными кассетами к нему	Аппарат сшивающий линейный с ножом одноразовый с кассетой 75 мм (± 5 мм) Кассеты к аппарату сшивающему линейному с ножом одноразовому длиной 75 мм (± 5 мм))	20 штук 80 штук

2. Технические требования:

ЛОТ-1. Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией для кассет длиной 45 мм, со сменными кассетами к нему
1. Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат для кассет длиной 45 мм для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. 2. Блок управления артикуляцией и ротацией ствола. 3. Ствол длиной не менее 240 мм ротируется на 360 градусов. 4. Артикуляция не менее 45 градусов. 5. Поставляется стерильным.
ЛОТ-2. Аппарат одноразовый эндоскопический линейный с артикуляцией для кассет длиной 60 мм, со сменными кассетами к нему
1. Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат для кассет длиной 60 мм для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. 2. Блок управления артикуляцией и ротацией ствола. 3. Ствол длиной не менее 240 мм ротируется на 360 градусов. 4. Артикуляция не менее 45 градусов. 5. Поставляется стерильным.
ЛОТ-3. Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 25-26 мм
1. Циркулярный сшивающий аппарат для прошивания тканей путем наложения не менее двух рядов скобочного шва с титановыми скобками, расположенными в шахматном порядке, с наружным диаметром 25-26 мм. 2. Аппарат имеет изогнутую форму, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения, упорную и прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. 3. Поставляется стерильным.
ЛОТ-4. Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 28-29 мм
1. Циркулярный сшивающий аппарат для прошивания тканей путем наложения не менее двух рядов скобочного шва с титановыми скобками, расположенными в шахматном порядке, с наружным диаметром 28-29 мм. 2. Аппарат имеет изогнутую форму, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения, упорную и прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. 3. Поставляется стерильным.
ЛОТ-5. Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 31-32 мм
1. Циркулярный сшивающий аппарат для прошивания тканей путем наложения не менее двух рядов скобочного шва с титановыми скобками, расположенными в шахматном порядке, с наружным диаметром 31-32 мм.

2. Аппарат имеет изогнутую форму, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения, упорную и прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. 3. Поставляется стерильным.
ЛОТ 6. Аппарат сшивающий одноразовый циркулярный с диаметром кассеты 33-34 мм 1. Циркулярный сшивающий аппарат для прошивания тканей путем наложения не менее двух рядов скобочного шва с титановыми скобками, расположенными в шахматном порядке, с наружным диаметром 33-34 мм. 2. Аппарат имеет изогнутую форму, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения, упорную и прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. 3. Поставляется стерильным.
ЛОТ 7. Кассеты сменные одноразовые к аппарату сшивающему многоразовому линейному БелЛСА-30М 1. Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему линейному многократного использования БелЛСА-30М для прошивания тканей путем наложения линейного скобочного шва длиной 30 мм с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм. 2. Поставляются стерильными со съемной предохранительной пластиной.
ЛОТ 8. Кассеты сменные одноразовые к аппарату сшивающему многоразовому линейному БелЛСА-60М 1. Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему линейному многократного использования БелЛСА-60М для прошивания тканей путем наложения линейного скобочного шва длиной 60 мм с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм. 2. Поставляются стерильными со съемной предохранительной пластиной.
ЛОТ 9. Аппарат сшивающий линейный одноразовый с кассетой 55 мм (± 5 мм) со сменными кассетами к нему 1. Аппарат одноразовый линейный сшивающе-режущий с ножом для прошивания тканей путем наложения двух двойных или тройных рядов металлических скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. 2. Поставляется с сменной одноразовой кассетой длиной 55 мм (± 5 мм), с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм. 3. Наличие ножа для разрезания тканей. 4. Поставляется стерильным. 5. Сменные одноразовые кассеты длиной 55 мм (± 5 мм), с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм для вышеуказанного одноразового линейного сшивающе-режущего аппарата.
ЛОТ 10. Аппарат сшивающий линейный одноразовый с кассетой 75 мм (± 5 мм) со сменными кассетами к нему 1. Аппарат одноразовый линейный сшивающе-режущий с ножом для прошивания тканей путем наложения двух двойных или тройных рядов металлических скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. 2. Поставляется с сменной одноразовой кассетой длиной 75 мм (± 5 мм), с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм. 3. Наличие ножа для разрезания тканей. 4. Поставляется стерильным. 5. Сменные одноразовые кассеты длиной 75 мм (± 5 мм), с высотой открытой скобы: 3,8-4,8 мм для вышеуказанного одноразового линейного сшивающе-режущего аппарата.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.