

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Машина дезинфекционно-моечная проходного типа	шт.	1
2.	Ручная транспортная тележка	шт.	2
3.	Многоуровневая тележка	шт.	1
4.	Сетчатый лоток	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Машина дезинфекционно-моечная:	
2.1.1.	Тип машины - проходной	Наличие
2.1.2.	Материал облицовочных панелей	Нержавеющая сталь
2.1.3.	Материал камеры	Нержавеющая сталь
2.1.4.	Камера со звуко- и термоизоляцией	Наличие
2.1.5.	Встроенный отсек для моющих средств	Наличие
2.1.6.	Количество отсеков для моющих средств	3 шт.
2.1.7.	Вместимость отсека для моющих средств	Не менее 5 л.
2.1.8.	Вертикальная откидывающаяся вперед дверь	2 шт.
2.1.9	Высота двери для загрузки/выгрузки инструментов	800-850 мм.
2.1.10	Встроенная система сушки	Наличие
2.1.11	Встроенный НЕРА-фильтр H14	Наличие
2.1.12	Подключение к горячей, холодной, деминерализованной воде	Наличие
2.1.13	Встроенный дозирующий насос химических средств	Не менее 3 шт.
2.1.14	Контроль уровня моющих и нейтрализующих средств	Наличие
2.1.15	Сигнализация при отсутствии моющего и нейтрализующего средства	Наличие
2.1.16	Электропитание, 3 фазы +нейтраль переменного тока, 380 В, 50Гц	Наличие
2.1.17	Общая потребляемая мощность не более	9,5 кВт
2.1.18	Температура циркулирующей воды в камере	Наличие

	задается и поддерживается до 93 °С	
2.1.19	Электронный контроль температуры мойки и дезинфекции двумя датчиками	Наличие
2.1.20	Контроль процесса дезинфекции	Наличие
2.1.21	Способ управления автоматический	Наличие
2.1.22	Система управления с автоматической диагностикой, проверкой хода текущей программы, отображением состояния и возможных сбоев, проверкой узлов и агрегатов без вскрытия корпуса	Наличие
2.1.23	Индикация фазы цикла, выбранной программы, температуры, неисправностей в течение всего цикла	Наличие
2.1.24	Габариты машины с закрытыми дверями (г×ш×в), не более	785×900×1900мм
2.1.25	Габариты камеры (г×ш×в), не более	630×570×680 мм
2.1.26	Общий объем камеры, не менее	250 л
2.1.27	Полезный объем камеры, не менее	220 л
2.1.28	Среднее потребление холодной воды за стандартный цикл	Не более 30 л
2.1.29	Среднее потребление горячей воды за стандартный цикл	40 л
2.1.30	Среднее потребление деминерализованной воды за стандартный цикл	20 л
2.1.31	Наличие встроенных программ	40-60 шт.
2.1.32	Наличие предустановленных программ	Не менее 20 шт.
2.1.33	Наличие программы OXIVARIO на основе перекиси водорода	Наличие
2.1.24	Быстрая, стандартная, интенсивная программы обработки	Наличие
2.1.25	Возможность конфигурирования каждой программы	Наличие
2.1.26	Настройка температуры мойки и дезинфекции в диапазоне	От 83 до 93 °С
2.1.27	Многоступенчатый процесс мойки	Наличие
2.2	Ручная транспортная тележка:	
2.2.1	4 колеса, 2 колеса оснащены педальными тормозами	Наличие
2.2.2	Высота ручной транспортной тележки	От 800 до 850 мм
2.2.3	Система сбора жидкости	Наличие
2.3	Многоуровневая тележка:	
2.3.1	Количество уровней	4
2.3.2	Количество моющих коромысел на тележке	не менее 3
2.4	Сетчатый лоток:	

2.4.1	Предназначен для хирургических инструментов и иных изделий медицинского назначения	Наличие
2.4.2	Размеры сетчатого толка	Не более 485×260×60 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.