

Лот 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Брестская областная
клиническая больница»

«» С. Карпицкий
2026 г.

Задание на закупку
блока электрохирургического (ВЧ-блок)

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Блок электрохирургический	1 шт.
1.2.	Нейтральный электрод многоцветный	3 шт.
1.3.	Шнур соединительный к нейтральному электроду	3 шт.
1.4.	Держатель электродов со встроенным шнуром	10 шт.
1.5.	Электрод «нож»	20 шт.
1.6.	Шнур биполярный	5 шт.
1.7.	Пинцет биполярный	3 шт.
1.8.	Пинцет биполярный байонетный	2 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.1.	Блок электрохирургический:
2.1.1.	Универсальный моно-, биполярный коагулятор;
2.1.2.	Разъемы: - не менее 2-х монополярных - не менее 1-го биполярного
2.1.3.	Возможность подключения в монополярные разъемы: - 1-контактного 4 мм штекера, - 3-контактного 4 мм штекера, - 1-контактного 8 мм штекера, - коаксиального 2-контактного монополярного штекера с внешним диаметром 9 мм и внутренним диаметром 5мм.
2.1.4.	Возможность подключения в биполярный разъем: - 2-контактный 4-мм штекер (расстояние между контактами 28 мм);



	- коаксиальный 2-контактный биполярный штекер с внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 4мм.
2.1.5.	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями аппарата, диаметр не менее 8";
2.1.6.	Наличие русского языка;
2.1.7.	Функция самодиагностики (проверка работоспособности и правильности подключения инструментов;
2.1.8.	Возможность сохранения настроек пользователя и режимов; быстрый вызов нужных настроек;
2.1.9.	Возможность дальнейшего обновления «системы» или программного обеспечения;
2.1.10.	Монополярные режимы, не менее: - PureCut (или аналог), макс мощность не менее 300 Вт.; - BlendCut (или аналог), макс мощность не менее 200 Вт.; - SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.; - FulgurateCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.; - SprayCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.;
2.1.11.	Биполярные режимы, не менее: - PreciseCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - StandardCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - MacroCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.;
2.1.12.	Алгоритмы для точного управления выходной мощностью, регулировка, не менее 2000 раз в секунду;
2.1.13.	Алгоритм «компенсации энергии», поддержания выходной мощности на заданном параметре, в не зависимости от типа ткани, подключенного инструмента и продолжительности воздействия.
2.1.14.	В комплекте: - педальный переключатель двухкнопочный и однокнопочный (или один трехкнопочный);
2.2.	Нейтральный электрод многоцветный:
2.2.1.	двухсторонний;
2.2.2.	площадь контактной поверхности, не менее 500 см ² ;
2.3.	Шнур соединительный к нейтральному электроду:
2.3.1.	длина, не менее 3-х м;
2.3.2.	разъем плоский (стандарт Valleylab);
2.4.	Держатель электродов со встроенным шнуром:
2.4.1.	двухкнопочный;
2.4.2.	разъем для электродов диаметром 2,4 мм;
2.4.3.	длина шнура, не менее 3-х м, 3-х штыревой разъем.
2.5.	Электрод «нож»:
2.5.1.	диаметр 2,4 мм;
2.5.2.	длина электрода 25-30 мм;

2.6.	Шнур биполярный:
2.6.1.	длина, не менее 3-х м;
2.6.2.	двухштыревой разъем (стандарт Valleylab);
2.7.	Пинцет биполярный:
2.7.1.	Ширина соприкасаемой рабочей зоны не более 1.5 мм;
2.7.2.	антипригарное покрытие;
2.7.3.	рабочая длина 19-20 см;
2.8.	Пинцет биполярный байонетный
2.8.1.	Ширина соприкасаемой рабочей зоны не более 1.5 мм;
2.8.2.	антипригарное покрытие;
2.8.3.	рабочая длина 19-20 см;


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

1	Дейкало Максим Викторович	заведующий отделением хирургии и трансплантации	
2	Игнатьок Александр Николаевич	заведующий операционным отделением	

Согласовано:

 Сабалевский Игорь Валентинович главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по стационарной хирургии)