

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки

Лот № 324 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на
«BioSystems A-15, A-25». Пр-ва Испания.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы из- мерения	Количество
1	Железо с феррозином	тест	3200
2	Кальций арсеназо	тест	16200
3	Магний	тест	6300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные со-
гласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической си-
стемой производства Испания, «BioSystems – A-15, A-25»;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной докумен-
тацией к оборудованию;

2.3 Для тестов: Железо с феррозином, Магний – принцип метода – конечная точка;

- 2.4 Для теста: Кальций арсеназо — принцип метода — колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII);
- 2.5 Инструкция по применению на русском языке;
- 2.6 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, А-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;
- 2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
- 2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования — предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
- 2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
- 2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
- 3.1 срок годности с момента поставки — не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот № 325 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25». Пр-ва Испания.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Железо с хромазуолом (монореагент)	тест	2000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **Испания, «BioSystems – А-15, А-25»;**
- 2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
- 2.3 Принцип метода - конечная точка;
- 2.4 Инструкция по применению на русском языке;
- 2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, А-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;
- 2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
- 2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования — предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
- 2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
- 2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки – не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот № 326 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems A-15, A-25». Пр-ва Испания.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
		тест	500
1	Микроальбумин		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **Испания, «BioSystems – A-15, A-25»;**

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, контроль (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);

2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора A-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки – не менее 60% от срока годности, установленного производителем.