

Приложение 1

1. Технические требования:

№ п/п	Технические характеристики	Наличие функции или величина параметра
1.1.	Автоматический инжектор рентгеноконтрастного вещества для компьютерного томографа – 1	1
1.2.	Дистанционная беспроводная панель управления инжектором с цветным сенсорным дисплеем, диагональ не менее 12" – 1	1
1.3.	Набор расходных материалов для выполнения не менее 600 (указать необходимое количество исследований) исследований – 1	1

2. Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим:

№ п/п	Технические характеристики	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Автоматическая детекция воздушной эмболии при введении раствора встроенными датчиками *	наличие
2.2.	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона рентгеноконтрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором в заводской упаковке *	наличие
2.3.	Система подогрева раствора	наличие
2.4.	Скорость введения контраста 0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек	наличие
2.5.	Возможность при составлении протокола контрастирования задания предконтрастного введения физиологического раствора (NaCl) для избежания экстравазации и перерасхода контрастного вещества	наличие
2.6.	Возможность редактирования и сохранения не менее 80 протоколов сканирования с заданием не менее 6 фаз	наличие
2.7.	Функция открытой вены	наличие
2.8.	Автоматическое регулирование давления введения	наличие
2.9.	Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества	наличие
2.10.	Функция задержки пуска	наличие
2.11.	Встроенная аккумуляторная батарея	наличие
2.12.	Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления и снижении скорости введения	наличие
2.13.	Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз	наличие
2.14.	Панель управления на инжекторе	наличие
2.15.	Возможность использования расходных материалов в течение 24 часов без ограничения количества процедур *	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Медицинская техника должна быть новой, не восстановленной.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж на объекте заказчика (ввод МТ в эксплуатацию).

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации