

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 комплекта предмета государственной закупки:

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1	Кровать медицинская для отделения интенсивной терапии, функциональная	шт.	1
1.2	Встроенная аккумуляторная батарея	шт.	1
1.3	Противопрележневый матрас в паропро- ницаемом, влагонепроницаемом чехле	шт.	1
1.4	Инфузионная стойка с фиксацией на кро- вати	шт.	1
1.5	Складные боковые ограждения секции спины с угломером (левое и правое)	к-т	1
1.6	Складные боковые ограждения секции ног (левое и правое)	к-т	1
1.7	Контрольная панель управления для персо- нала	шт.	1
1.8	Пульт управления для пациента	шт.	1
1.9	Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприя- тий)	шт.	1
1.10	Механический CPR (положение для прове- дения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати	шт.	1
1.11	Держатель мочеприемника	шт.	4
1.12	Дуга активации пациента (стойка типа «гусь»)	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Кровать должна иметь не менее 4-х секций.

2.2 Секции кровати должны быть выполнены из рентген прозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.).

2.3 Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика.

2.4 Согласно протоколу выполнения СЛР кровать должна иметь возможность создания жесткой поверхности в точке предполагаемой компрессии грудной клетки за счет использования быстросъемных элементов (головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов).

2.5 Наличие протекторов-бамперов для предотвращения ударов о стены при перемеще-

ниях, расположенных по углам кровати.

2.6 Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 150 мм с системами центральной блокировки.

2.7 Размеры кровати: длина ложа не менее 2100 мм, но не более 2200 мм, ширина ложа не менее 900 мм, но не более 1000 мм.

2.8 Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее: от 600-900 мм.

2.9 Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-60 градусов; положения Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, Фовлера не менее 0-15 градусов; угла наклона бедра не менее 0-30 градусов.

2.10 При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания. В нижнем положении опущенные боковые ограждения не должны касаться пола.

2.11 Наличие электронно-управляемой CPR-функции: приведение кровати в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций нажатием одной кнопки из любого положения кровати.

2.12 Наличие встроенного индикатора угла наклона всей кровати по отношению к полу.

2.13 Нагрузка на кровать: не менее 200 кг.

2.14 Блокировка периферических органов управления с центрального пульта.

2.15 Электронные органы управления должны иметь не менее 3-х предустановленных настроек.

2.16 Электрические разъемы должны быть закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.

2.17 Матрас должен обладать пассивным противопрележневым эффектом.

2.18 Максимальная нагрузка на матрас: не менее 200 кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.