

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Общее количество	Технические требования
1	Тест- система для количественного определения РНК-ВИЧ методом ПЦР			1. Чувствительность составляет 50 копий/мл и менее (слово «менее» относится к цифре) 2. Адаптирована к амплификаторам (ДТ «НПО ДНК-Технология», CFX96 BIO RAD) с детекцией в режиме «реального времени» 3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция РНК, амплификация, стандарты (если требуются в соответствии с инструкцией) и контроли. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл
	1.1. Комплект реагентов для экстракции ДНК/РНК методом магнитной сорбции	исслед.	11 040	4. Выделение ДНК/РНК из образца осуществляется в пробирках объемом не более 2 мл 5. Исследование образца без требования дублирования, предварительного центрифугирования в режиме, превышающем 14 000 об/мин с охлаждением
	1.2. Комплект реагентов для амплификации и детекции	исслед.	11 040	

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно

документов организатора.