

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1 Стол для родовспоможения (для родов)

1.Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование лота	Единица измерения	Количество
1.	Стол для родовспоможения (для родов):	Штук	1
	основание и панель;		1
	колеса с центральным тормозом;		4
	ёмкость с держателем;		1
	выдвижной подъемный столик для принятия ребенка;		1
	упоры для стоп;		2
	упоры для рук;		2
	держатели ног по Гепелю;		2
	подушка-подголовник		1
	пульт управления проводной		1
	блок питания		1
	панель питания		1

2.Технические требования

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Стол для родовспоможения состоит из основания и панели. Основание состоит из станины и направляющей колонны, в которых смонтированы привод подъёма и опускания панели, механизм поворота составных частей панели, а также блок питания и управления. Основание установлено на поворотных колесах с центральным тормозом. Панель состоит из сиденья, спинной секции, по бокам которых смонтированы направляющие планки, головной секции, а также выдвижного подъёмного столика для принятия ребенка.	Не менее 4-х колёс, тормозное устройство допустимо на каждом колесе
2.2.	Высота стола при горизонтальном положении секций: в крайнем нижнем положении в крайнем верхнем положении	не менее 620 мм. не менее 870 мм.
2.3.	Ход подъемника стола	не менее 250 мм.
2.4.	Длина панели стола (с выдвинутым и опущенным столиком для принятия ребенка)	не менее 1850 мм.
2.5.	Длина панели стола (с выдвинутым и поднятым столиком для принятия ребенка)	не менее 1920 мм.
2.6.	Ширина стола по подушкам	не менее 655 мм.
2.7.	Ширина стола по направляющим рейкам	не менее 710 мм.
2.8.	Наклон спинной секции вверх	не менее 55°
2.9.	Наклон головной секции вверх (относительно спинной)	не менее 30°
2.10.	Продольный наклон панели (вверх/вниз)	не менее:5°/20°
2.11.	Размер подушки выдвижного столика	не менее 490х470мм.
2.12.	Высота подъема столика	не менее 100 мм.
2.13.	Допустимая рабочая нагрузка	не менее 170 кг.
2.14.	Современные материалы, выдерживающие многократную санитарную обработку дезинфицирующими растворами	Наличие

2.15.	Электрические регулировки с ручного пульта: подъем-опускание ложа, наклоны спинной секции, высота ножной секции	Наличие
-------	---	---------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора, но не менее 24 месяцев.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ; **для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь**: документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

4.3. поставщик обязан выполнить монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию стола для родов.