

Заявка о предоставлении  
информации о ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: «Система очистки дыхательных путей».

Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 20.07.2026 на электронную почту **kovshik.tanya@mail.ru**

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- общую стоимость по предмету;
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;
- условия поставки и оплаты;
- наименование производителя (производителей).

**Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.**

**Описание предмета закупки**

С уважением,  
Начальник ОМТС



Т.Б.Ковшик

Исполнитель  
Ковшик  
8 (017) 2635635

Приложение 1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| №<br>п/п | Наименование                          | Единица<br>измерения | Количество |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 1.1      | Система очистки дыхательных путей     | шт                   | 1          |
| 1.2.     | Груша управления                      | шт                   | 1          |
| 1.3.     | Воздушный шланг                       | шт                   | 1          |
| 1.4.     | Шнур питания                          | шт                   | 1          |
| 1.5.     | Стойка для системы                    | шт                   | 1          |
| 1.6      | Жилет надувной регулируемый размер S  | шт                   | 1          |
| 1.7      | Жилет надувной регулируемый размер M  | шт                   | 1          |
| 1.8      | Жилет надувной регулируемый размер L  | шт                   | 1          |
| 1.9      | Жилет надувной регулируемый размер XL | шт                   | 1          |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1) Импульсный генератор воздуха из состава изделия должен работать от сети питания переменного тока напряжением  $(230 \pm 23)$  В, частотой 50 Гц. Разъём соединения должен поддерживать совместимость со шнуром питания, соответствующим стандарту еврокабеля 220 В, марки ПВС-ВП.

2) Потребляемая мощность импульсного генератора воздуха должна быть не более 450 ВА.

3) Отверстия подачи воздушной струи в корпусе импульсного генератора воздуха должны быть снабжены защитной сеткой с шагом не менее 3 мм.

4) Импульсный генератор воздуха должен иметь в качестве интерфейса пользователя панель управления с подсветкой экрана.

5) Панель управления должна отображать счётчик отработанного времени, в часах и минутах.

6) Подача воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов для предварительного наполнения воздухом надувного пневможилета должна осуществляться в случае однократного (первичного после включения изделия) нажатия кнопки «Вкл.».

7) Подача воздушной струи (с заданной частотой колебаний, заданным значением давления, в течение заданного периода времени) через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов должна

осуществляться в случае повторного нажатия кнопки «Вкл.».

8) Прекращение подачи воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов должно осуществляться в случае нажатия кнопки «Выкл.».

9) Импульсный генератор воздуха должен поддерживать режим плавного старта: постепенного нарастания режима терапии до выбранной частоты и давления в течение первых 20 секунд.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Средняя наработка на отказ изделия не менее 10000 часов. Средний срок службы до списания должен быть не менее 5 лет. Критериями отказа является невозможность выполнения требований назначения изделия. Средний срок службы должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния изделия считается невозможность или нецелесообразность восстановления изделия либо его составных частей.

Разработчики:

Рубченя А.А.

врач-терапевт  
консультативного отделения



Крыштон Т.А.

медицинская сестра (старшая)  
физиотерапевтического отделения

