

Технические характеристики (описание) инвалидных колясок

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) медицинских изделий	Количество
ЛОТ №2 Кресло-коляска	1. Кресло-коляска для взрослых с судном с грузоподъемностью не менее 100 кг	4 штук
	2. Кресло-коляска для взрослых с судном с грузоподъемностью не менее 100 кг	2 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №2 Инвалидная коляска
2.1.1 Длина 1080-1110мм; ширина 660-690мм; высота 950мм - 1000мм; ширина сидения 472±10мм. Высота от пола до сиденья 520±10мм. Съёмные регулируемые по высоте подножки. Сиденье с отверстием для ёмкости оснащено подушкой. Колеса: передние - поворотные диаметр 120 -200мм, задние с полиуретановыми шинами диаметр 600-640мм.
2.1.2 Длина 1040-1070мм; ширина 615- 630мм; высота 950мм - 1000мм; ширина сидения 472±10мм. Высота от пола до сиденья 520±15мм. Съёмные регулируемые по высоте подножки. Сиденье с отверстием для ёмкости оснащено подушкой. Колеса диаметр 120 -200мм, задние колеса с тормозам.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.