

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Мебель медицинская

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Количество, шт
ЛОТ № 1	Шкаф (полка) навесной	4
ЛОТ №2	Шкаф (полка) навесной	4

2. Технические требования ⁷:

ЛОТ №1 Шкаф (полка) навесной	ЛОТ №2 Шкаф (полка) навесной
2.1.Изготовлен из нержавеющей стали. 2.2.Поддон - 1 2.3.Решетка для тарелок - 1 2.4.Решетка для стаканов -1 2.5.Распашные двери - 2	2.1.Изготовлен из нержавеющей стали. 2.2.2-х полочный 2.3.Отверстия для вентиляции - наличие 2.4.Распашные двери - 2

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №3: Металлические подставки-ступени к столам операционным модели ОМ-30 УП «МЕД-ПРОМИНВЕСТ»

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

Наименование	Количество, штук
1.1. Металлические подставки-ступени к столам операционным модели ОМ-30 УП «МЕДПРОМИНВЕСТ»	2
1.2. Металлические подставки-ступени к столам операционным модели ОМ-30 УП «МЕДПРОМИНВЕСТ»	3

2. Технические требования:

- 2.1. Размеры п.1.1: высота – 130-150 мм, глубина- 350-400 мм, ширина - 450-500 мм.
- 2.2. Размеры п.1.2: высота – 130-150 мм, глубина- 350-400 мм, ширина – 600-800 мм.
- 2.3. Подставки-ступени должны иметь жесткую сварную конструкцию.
- 2.4. Для обеспечения безопасности ножки подставок-ступеней должны иметь изолирующие, противоскользящие вставки.
- 2.5. Поверхности должны быть изготовлены из рифленого листа.
- 2.6. Подставки-ступени должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
- 2.7. Наружные поверхности стойка устойчивы к механическим и химическим воздействиям, выдерживают многократную дезинфекцию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Ширма медицинская двухсекционная
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Лот 4	Ширма медицинская двухсекционная	штук	18

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
ЛОТ 4		
2.1	Ширма медицинская двухсекционная	1. Материал каркаса – сталь или аналог с полимерным покрытием или аналоговым покрытием; 2. Материал полотна – ПВХ или аналог; 3. 4 поворотных колеса; 4. 2-3 крепления между секциями 5. Общий размер ширмы: - высота не менее 1750мм и не более 1755мм - длина не менее 1580мм и не более 1900мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Кушетка медицинская
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Лот 5	Кушетка медицинская	штук	6

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
ЛОТ 5		
2.1	Кушетка медицинская	1. Каркас – сварная конструкция из стали или аналога; 2. Максимальная нагрузка до 150 кг; 3. Поднимающееся изголовье, регулируемое по высоте с надежной фиксацией; 4. Материал мягкого сиденья – влагостойкий, устойчив к воздействию дезинфектантов; 5. Общий размер кушетки: - высота не менее 450мм и не более 520мм (ложе) - длина не менее 1915мм и не более 2050мм - ширина не менее 600мм и не более 700мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.