

«Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: info@primedical.by, тел.+375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980986, ОКПО 501156715000

г. Минск, 22.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

**Заключение о техническом состоянии
оборудования «Olympus»**

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация видеогастроскопа
GIF-N190 зав. № 2753230 *инв. № 01378496*

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- использование низкокачественных, неоригинальных комплектующих в предыдущих ремонтах;
- незначительный люфт рукояток;
- общий механический износ;
- затруднена проходимость инструментального канала при максимальных углах изгиба.

Аппарат пригоден к эксплуатации, при условии сохранения герметичности.

Рекомендуем: проведение капитального ремонта, с заменой запасных частей, расходных материалов: А-резина, инструментальный канал, изгибаемый отдел, рубашка рабочей части.

Начальник сервисного отдела

Е.В. Александрович



Нач. Сервисного центра *Е.В. Александрович*

