

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) стерилизатора низкотемпературного плазменного, проходного типа (2 единицы)

1. Состав оборудования (из расчета на 1 комплект оборудования)

№ п/п	Наименование	Кол-во, ед.
1.1	Стерилизатор низкотемпературный, проходного типа	1
1.2.	Стерилизующий агент для проведения стерилизации	на 10 циклов

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Требуемые параметры	Наличие
2.1	Объем камеры в пределах 110-150 литров	наличие
2.2.	Время стерилизации в пределах 50 - 65 мин.	наличие
2.3.*	Одна камера с наличием двух уровней для размещения медицинских изделий на каждом уровне одновременно. Размещение должно быть реализовано корзинами или сетчатыми лотками или полками.	наличие
2.4.	Блокировка двери во время прохождения цикла стерилизации и открытие ее только после полного завершения цикла стерилизации. При этом должна быть предусмотрена возможность как ручного, так и автоматического прерывания цикла стерилизации в случае возникновения сбоя в работе с отображением кода ошибки на дисплее	наличие
2.5.	Температура стерилизации 50-65°С.	наличие
2.6.	Возможность стерилизации любых видов изделий медицинского назначения: - жесткие, гибкие эндоскопы и комплектующие насадки к ним; - контуры наркозно- дыхательной аппаратуры;	наличие

	- пластиковые и резиновые изделия; - хирургические инструменты	
2.7.	Наличие не менее 3 программ стерилизации, как для полых, так и для инструментов не имеющих полостей и каналов.	наличие
2.8.	Стерилизация должна производиться парами перекиси водорода.	наличие
2.9.	Стерилизующий агент (перекись водорода) должна находиться в одноразовом картридже.	
2.10.	Автоматическая система впрыска стерилизующего агента.	наличие
2.11.	Входное напряжение для инсталляции 220-380 Вольт.	наличие
2.12.	Стерилизатор должен иметь возможность отключения от сети электропитания в конце рабочего дня или в конце рабочей недели без необходимости последующего проведения дополнительных сервисных и иных работ по обслуживанию, например, слив имеющейся внутри стерилизатора перекиси водорода.	наличие
2.13.	Наличие дисплея (меню на русском языке)	наличие
2.14.	Встроенный принтер для распечатки протокола стерилизации.	наличие
2.15.	Проходной тип двери, вертикальная, раздвижная.	наличие

Примечания: * - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №204/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

«Стерилизатор низкотемпературный плазменный». Закупается 2 комплекта.

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1.	Стерилизатор низкотемпературный плазменный.	1
1.2.	Картридж со стерилиантом.	На 800 циклов
1.3.	Бумага для встроенного принтера.	10 рулонов

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические требования
2.1. Стерилизатор низкотемпературный плазменный.	
2.1.1.	Максимальная температура стерилизации - не более 55°C.
2.1.2.	Максимальная продолжительность цикла стерилизации - не более 65'.
2.1.3.	Загрузка и выгрузка с одной стороны. Объем стерилизационной камеры не менее 130 литров. Наличие одной или двух съемных горизонтальных полок.
2.1.4	Наличие системы самодиагностики, дисплея для визуализации (настройки, прохождение цикла стерилизации, ошибки), встроенного принтера для документирования процесса стерилизации.
2.1.5	Возможность подключения компьютера или съемного электронного носителя для документирования процесса стерилизации в цифровом виде.
2.1.6	Стерилизатор должен позволять стерилизовать изделия с каналами от 1 мм в диаметре и с протяженностью до 1 метра без применения бустеров.
2.1.7	Электрическая нагрузка не более 3кВт, напряжение питания 220В (1 или 3 фазы). Высота предлагаемого стерилизатора должна быть не более 2000 мм, Ширина не более 850 мм.
2.1.8	Наличие различных программ стерилизации для инструментария без каналов, с каналами и для гибких эндоскопов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
4. Оборудование должно поставляться с гарантийным сроком не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
5. Срок годности картриджей со стерильным должен соответствовать требованиям аукционных документов.