

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «11» 05 2006 г.

ГУ "РКМЧ УО ПРБ" ; ССМП
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка AT-101 инв. № 01375483 зав. № 080.08287

год выпуска - завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: не держит заряд АКБ
не заряжается

Закключение: требуется замена АКБ на
новый (12 В ; 13 А·ч) - 1шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.
(должность, подпись, ФИО)

инженер 00100 Д. М. М. И. В.
(должность, подпись, ФИО)