

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки: «Светильник бестеневой медицинский операционный (потолочное крепление), однокупольный»,

1. Состав одного комплекта оборудования (закупается 5 комплектов):

№ п/п	Наименование	Кол-во (штук)
1.1.	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая фиксацию в нужном положении и маневренность блока излучения света по вертикали, горизонтали, вращению.	1
1.2.	Блок излучения света.	1
1.3.	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка.	12
1.4.	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Технические требования
Поз. 1.2 «Блок излучения света».	
2.1	Источники света должны быть укрыты защитным стеклом.
2.2	Должен обеспечивать максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.
2.3	Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).
2.4	Яркость источников света должна сохраняться не менее чем на протяжении 10 лет эксплуатации.
2.5	Должен иметь ступенчатую (не менее 4-х шагов) или плавную регулировку цветовой температуры в диапазоне не уже 3800 - 5100 К°.
2.6	Помимо управления параметрами работы светильника с основной панели управления, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.
Поз. 1.4 «Источник резервного питания (встроенный или отдельный)».	
2.7	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийным сроком не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.