

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
вакуумных систем для взятия крови**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1.1.1	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания Материал: пластик или стекло Размер: 16х100 мм Объем биоматериала: 16х100: 8 – 10 мл Цвет крышки: красный	штуки	1 000 000
1.1.2	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания Материал: пластик или стекло Размер: 13х100 мм Объем биоматериала: 13х100: 4 – 6 мл Цвет крышки: красный	штуки	1 500 000
1.2.1	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель Материал: пластик или стекло Размер: 16х100 мм Объем биоматериала: 16х100: 7 – 9 мл Цвет крышки: желтый	штуки	400 000
1.2.2	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель Материал: пластик или стекло Размер: 13х100 мм Объем биоматериала: 13х100: 4 – 7 мл Цвет крышки: желтый	штуки	4 000 000
1.2.3	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель Материал: пластик или стекло Размер: 13х75 мм Объем биоматериала: 13х75: 2,5 – 4 мл Цвет крышки: желтый	штуки	500 000
1.3.1	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: Li-гепарин Материал: пластик или стекло Размер: 13х75мм Объем биоматериала: 13х75: 2 – 5 мл Цвет крышки: зеленый	штуки	130 000
1.3.2	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: Li-гепарин Материал: пластик или стекло Размер: 13х100 мм Объем биоматериала: 13х100: 5 – 6 мл	штуки	35 000

	исследований	Цвет крышки: зеленый		
1.3.3	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: Li-гепарин Материал: пластик или стекло Размер: 16x100мм Объем биоматериала: 16x100: 9 – 10 мл Цвет крышки: зеленый	штуки	102 900
1.4.1	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА Материал: пластик или стекло Размер: 13x100мм Объем биоматериала: 13x100: 5 – 7 мл Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый	штуки	150 000
1.4.2	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА Материал: пластик или стекло Размер: 13x75мм Объем биоматериала: 13x75: 2 – 4 мл Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый	штуки	5 000 000
1.4.3	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА Материал: пластик или стекло Размер: 16x100мм Объем биоматериала: 16x100: 7 – 10 мл Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый	штуки	400 000
1.5.1	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%; 3,8% Размер: 13x75 Материал: пластик или стекло Объем биоматериала: 13x75: 2,7 – 4,5 мл Цвет крышки: голубой	штуки	500 000
1.6	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком	Размер иглы: 21G Длина иглы: 1,5	штуки	800 000
1.7	Игла с камерой визуализации попадания в вену	Размер иглы: 21G Длина иглы: 1,5	штуки	1 000 000
1.8	Иглодержатель одноразовый	Держатель для иглы стандартный, пластиковый	штуки	5 000 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.2 Объем засасываемой крови должен быть в пределах $\pm 10\%$ номинальной

вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.3 Пробирки и иглы (в том числе луэр-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно.

2.5 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.