

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 17.07.2026 № 4.17/276
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов Elite 3) для ОЗ Гомельской области**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **22.07.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание)

**Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов Elite 3) для ОЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1.	Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия	Раствор дилуэнта Erba Dilluent Diff или аналог, кан. не менее 20 л	244 кан.
		Лизирующий раствор Erba Lyse Diff(с чипом) или аналог, флакон не менее 1 л	160 фл.
		Очищающий раствор Erba Cleaner или аналог, флакон не менее 1 л	76 фл.
		Очищающий раствор Erba Hycrolean CC или аналог, флакон не менее 100 мл	54 фл.
2.	Контрольные материалы для работы на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия	1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff нормального уровня. 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8C°.	176 мл
		1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (низкий). 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (высокий). 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff нормального уровня. 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8C°.	176 мл
		1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (низкий). 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл
		1.Контрольная кровь для анализаторов 3 Diff патологический уровень (высокий). 2.Объем флакона не менее 2 мл. 3.Стабильность открытого флакона не менее 14 дней при хранении +2-+8 C°.	176 мл

2. Технические требования:

2.1. ЛОТ 1 Реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite 3, Erba Lachema s.r.o., Чехия, что должно подтверждаться документально.

2.2. ЛОТ 2 Контрольная кровь должна быть аттестованная по всем параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе Erba Elite3, Erba Lachema s.r.o., Чехия.

2.3. ЛОТы 1-2 Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.