

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 17.07.2026 № 4-17/277
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов МЕК) для ОЗ Гомельской области**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **22.07.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание)

**Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов МЕК) для ОЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель (Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	104 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	9 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не менее 5 л	8 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	18 фл.
2	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	284 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	71 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не менее 5 л	45 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	89 фл.
3	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7222 К или МЕК 7222; МЕК 7300 К или МЕК 7300 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	100 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	38 фл.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-5N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	27 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не менее 5 л	22 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	58 фл.
4	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500 производства Nihon Kohden Corporation, Япония (3 Diff).	Контрольная кровь, набор 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500, что должно подтверждаться паспортом.	17 наб.
5	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510 производства Nihon Kohden Corporation, Япония (3 Diff).	Контрольная кровь, набор 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510, что должно подтверждаться паспортом.	96 наб.
6	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7300 К или МЕК 7300 (Nihon Kohden Corporation, Япония) с полной дифференцировкой лейкоцитарной формулы (5Diff).	Контрольная кровь, набор 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7300К или МЕК 7300, что должно подтверждаться паспортом.	16 наб.

2. Технические требования:

- 2.1. **ЛОТ №4** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 6500 K или MEK 6500 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.
- 2.2. **ЛОТ №5** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 6510 K или MEK 6510 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.
- 2.3. **ЛОТ №6** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 5 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 7300 K или MEK 7300 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.
- 2.4. **ЛОТЫ №1-3:** Предлагаемые реагенты должны иметь уникальный штрих-код для считывания анализатором, что позволяет исключить вмешательство оператора в программирование прибора и отслеживать срок годности и количество оставшегося реагента.
- 2.5. **ЛОТЫ №1-3:** Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для использования на соответствующих моделях автоматического гематологического анализатора: MEK «Nihon Kohden Corporation» (Япония), что должно подтверждаться документально.
- 2.6. Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.