

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Многофункциональный компьютерный комплекс для исследования слуховых вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Блок электронный на штативе	шт.	1
1.2	Зонд	шт.	1
1.3	Комплект вкладышей ушных	шт.	1
1.4	Чашечковый электрод с кабелем отведения	шт.	Не менее 5
1.5	Объединитель однополярных гнезд	шт.	1
1.6	Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники)	шт.	1
1.7	Адаптер для регистрации ВП по двум каналам	шт.	1
1.8	Одноразовый поверхностный отводящий электрод	шт.	Не менее 100
1.9	Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор»	шт.	Не менее 4
1.10	Программное обеспечение	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Количество каналов	Не менее 2
2.2	Тип прибора - компьютерный, связь с компьютером - USB	Наличие
2.3	Уровень внутренних шумов, приведенный к входу	Не более 0,5мкВ
2.4	Возможность записи ЗВОАЭ и ЭЧПИ	Наличие
2.5	Регистрация коротко-, средне- и длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов	Наличие
2.6	Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования, встроенный редактор протокола обследования	Наличие
2.7	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования, включение в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц	Наличие
2.8	Подключение к персональному компьютеру	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности); согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.