

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 17.07.2026 № 4-17/249
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Реагенты, контроли и расходные материалы для автоматического анализатора глюкозы и лактата»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **22.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора
глюкозы и лактата

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация)		Количество (объем) закупаемых товаров
1	2		3
Лот № 1 Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора глюкозы и лактата	1.1	Реагенты, позволяющие проводить измерение глюкозы и лактата	11 000 тестов
	1.2	Контрольный (не менее 2-х уровней) материал	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней)
	1.3	Вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы в случае необходимости	Комплекты в соответствии с количеством исследований (11 000)

2. Технические характеристики

2.1.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования, совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п. 1 заявки на закупку.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию.

2.2.1	Типы исследуемых образцов: цельная кровь, сыворотка, плазма
2.2.2	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.2.3	Возможность интеграции в лабораторную информационную систему
2.2.4	Функция считывания штрих-кодов образцов
2.2.5	Количество позиций для образцов: не менее 20
2.2.6	Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований
2.2.7	Интерфейс на русском языке
2.2.8*	Принтер, при отсутствии встроенного
2.2.9	Возможность подключения к персональному компьютеру и принтеру
2.2.10	Производительность: не менее 120 образцов глюкозы в час
2.2.11*	Источник бесперебойного питания в комплекте

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам