

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Трубки трахеостомические KAN, размер 7 мм	набор	10

2. Технические требования:

№	Наименование / Технические характеристики:
1.	Трубки трахеостомические KAN, размер 7мм
	без манжеты
	материал – термопластический ПВХ
	внешний диаметр трубки 11,2 мм
	внутренний диаметр трубки 8,5 мм
	внутренний диаметр канюли 7,0 мм
	длина 72 мм
	стерильность при поставке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Разработчики:


Врач – оториноларинголог


Врач – оториноларинголог

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный

оториноларинголог Брестского ГУЗО

 Л. К. Коркач
Н. В. Бабенко

 Н. А. Якубов

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Трубки трахеостомические KAN, размер 8 мм	набор	10

2. Технические требования:

№	Наименование / Технические характеристики:
1.	Трубки трахеостомические KAN, размер 8 мм
	без манжеты
	материал – термопластический ПВХ
	внешний диаметр трубки 12,2 мм
	внутренний диаметр трубки 9,5
	внутренний диаметр канюли 8,0 мм
	длина 80 мм
	стерильность при поставке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Разработчики:

Врач – оториноларинголог

Врач – оториноларинголог


СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный

оториноларинголог Брестского ГУЗО

Л. К. Коркач

О. В. Филипчик

Н. А. Якубов