

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

УЗ «Брестская городская детская
поликлиника №2»

Н.С.Наумчик

«17» 07 2026

1. Заявка на закупку оборудования для офтальмологического кабинета: **Синоптофор.**

2. Заказчик учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» проводит процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии с требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	224023, г. Брест ул. Советской Конституции, 8А
Учетный номер плательщика	291659235
Адрес электронной почты	bgdp2@brest.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

3. Область применения: для диагностики и лечения косоглазия.

4. Сведения о государственной закупке:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Синоптофор
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Панель управления прибором электронная. Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов, градус от 0 до 45. Диапазон показаний шкалы вертикальных углов от 0 до ± 10. Диапазон показаний шкалы углов поворота, градус от 0 до ± 20. Цена деления шкал: • углов поворота, горизонтальных и вертикальных углов, градус 1 • установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию, мм 2 Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах не менее, градус ± 45 Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок: • в направлении схождения оптических осей окуляров

	головок не менее, градус 45 • в направлении расхождения оптических осей окуляров головок не менее, градус 25 Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах не менее, градус ± 30 Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля не менее, градус 15 Расстояние между осями окуляров оптических головок изменяется в пределах, мм от 50 до 70 Погрешность установки расстояния между осями окуляров не более, мм ± 3 Отклонения показаний по шкалам не должны превышать • горизонтальных углов, градус ± 1 • вертикальных углов, градус ± 2 Увеличение оптической системы $(2 \pm 0,1)X$ Частота совместных и отдельных автоматических миганий и колебаний в 1 секунду в пределах от 2 до 8 Полная мощность, потребляемая синоптофором не более, В·А 25 Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 100...240В Средний срок службы синоптофора до списания не менее 5 лет Габаритные размеры, мм 398*348*401 Масса не более, 20 кг
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.13.200
Объем (количество)	1 шт.
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	27 000,00 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	в соответствии ст.47, в соответствии ст. 16 п. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также в соответствии с подп.1.7. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395,

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера

телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

специалист по организации закупок УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2»
Веренич Иван Михайлович 8 (0162) 251348. 8(029) 805 20 41, e-mail: bgdp2@brest.by.

Врач-офтальмолог офтальмологического кабинета УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» Протосовицкая Екатерина Васильевна.

Разработчики технических требований:

Врач-офтальмолог офтальмологического кабинета



Е. В. Протосовицкая

Медицинская сестра офтальмологического кабинета



Л.И.Семенюк

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный областной детский врач-офтальмолог



М. И. Хомич

« 27 »

07

2026