

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

УЗ «Брестская городская детская
поликлиника №2»

Н.С.Наумчик

«14» 07 2026

1. Заявка на закупку оборудования для офтальмологического кабинета: **Авторефрактометр.**
2. Заказчик учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» проводит процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии с требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	224023, г. Брест ул. Советской Конституции, 8А
Учетный номер плательщика	291659235
Адрес электронной почты	bgdp2@brest.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

3. Область применения: для объективной оценки оптической системы глаза.

4. Сведения о государственной закупке:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Авторефрактометр
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Характеристики Тип - стационарный Сфера -30.00 ~ +25.00 (VD-12) Цилиндр - 0.00 ~ ±12.00 Кривизна роговицы - 5-13 мм Астигматизм - 0.00-15.00 D Межзрачковое расстояние PD - 10-85 мм Рефрактометрия: - вертексное расстояние (VD): 0.0 / 12.0 / 13.5 / 15.0. - сфера (SPH): -30.00 ~ +25.00 D (в случае, когда VD=12 мм) (в единицах 0.01 / 0.12/0.25 D); - цилиндр (CYL): 0.00 ~ ±12.00 (в единицах 0.01/0.12/0.25 D); - ось цилиндра (AX): 0 (или 1?) ~ 180° (в единицах 1°); - форма цилиндра: -/ +/- MIX; - расстояние между зрачками (PD): 10 ~ 85 мм; - минимальный диаметр зрачка: 2.0 мм. Кератометрия: - радиус кривизны: 5.0 ~ 13 мм (в единицах 0.01 мм);

	- преломляющая сила роговицы 25.96 ~ 67/560 (в случае, если эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D); - роговичный астигматизм: 0.00 ~ -15.00 D (0.05/0.12/0.25 D); - ось цилиндра: 0 (или 1?) ~ 180° (шаг 1°); - диаметр роговицы: 2.0 ~ 14.0 мм (в единицах 0.1 мм). Прочие характеристики: - память: не менее 10 измерений на каждый глаз; - встроенный принтер: построчная термопечать; - режим экономии энергии: автовыключение. - монитор TFT LCD цветной монитор, не менее 7"; - питание: переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц - ток: 1 А; - размеры (мм) не более : 270(ширина) × 530(длина) × 45(высота); - вес: до 22 кг.
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	32.50.13.200
Объем (количество)	1 шт.
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	20 000,00 белорусских рублей
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	в соответствии ст.47, в соответствии ст. 16 п. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также в соответствии с подп.1.7. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395,


5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

специалист по организации закупок УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» Веренич Иван Михайлович 8 (0162) 251348. 8(029) 805 20 41, e-mail: bgdp2@brest.by.

Врач-офтальмолог офтальмологического кабинета УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2» Протосовицкая Екатерина Васильевна.

Разработчики технических требований:

Врач-офтальмолог офтальмологического кабинета



Е. В. Протосовицкая

Медицинская сестра офтальмологического кабинета



Л.И.Семенюк

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный областной детский врач-офтальмолог



М. И. Хомич

« 17 »

07

2026