

Приложение **Лог.З**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет хирургический, деликатный прямой	штук	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пинцет хирургический, деликатный прямой.

2.2. Длина изделия- 100 мм $\pm$ 5 мм.

2.3. Форма рабочей части- прямая.

2.4. Профиль браншей- зубчатый 1 х 2.

2.5. Длина браншей/ лезвий- 1 $\pm$ 1 мм.

2.2. Многократного применения, подвергается многочисленным циклам стерилизации, в том числе и в низкотемпературных стерилизаторах (газовом, плазменном), (наличие информации об этом) в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3.1. Срок годности (стерильности) товара на дату поставки должен составлять не менее 60 % от срока годности, установленного изготовителем.

3.2 Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

3.3. Требования о наличии технической документации и иной инструкции: -

3.4. Инструкция по применению на русском языке.

Приложение 1 **Лот 4**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Зажим кровоостанавливающий изогнутый Бильрота	штук	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
- 2.1. Зажим кровоостанавливающий с изогнутыми рабочими частями.
 - 2.2. Длина изделия 196- 250 мм.
 - 2.3. Обязательно кровоостанавливающий зажим имеет зубчатый фиксатор - кремальеру.
 - 2.4. Зажим Бильрота имеет на браншах насечки, которые захватывают сосуды (или ткани) деликатно, но непрочно.
 - 2.2. Многократного применения, подвергается многочисленным циклам стерилизации, в том числе и в низкотемпературных стерилизаторах (газовом, плазменном), (наличие информации об этом) в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
 - 3.1. Срок годности (стерильности) товара на дату поставки должен составлять не менее 60 % от срока годности, установленного изготовителем.
 - 3.2 Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.
 - 3.3. Требования о наличии технической документации и иной инструкции: -
 - 3.4. Инструкция по применению на русском языке.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Иглодержатель атравматический De Bakey сосудистый	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Иглодержатель атравматический- длина 165 мм $\pm$ 10%, ширина сечения не более 0,2 мм.

2.2. Сосудистые атравматические иглодержатели должны иметь нарезку De Bakey.

2.3. Изготовлены из нержавеющей стали.

2.4. Иглодержатель многократного применения, должен гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в низкотемпературных стерилизаторах (газовом, плазменном), не теряя при этом своих функциональных характеристик.

3.1. Срок годности (стерильности) товара на дату поставки должен составлять не менее 60 % от срока годности, установленного изготовителем.

3.2. Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

3.3. Требования о наличии технической документации и иной инструкции: -

3.4. Инструкция по применению на русском языке.

Приложение **ЛОУ 6**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Костодержатель прямой по Олье	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Костодержатель прямой по Олье должен быть не менее 206 мм.

2.3. Изготовлен из нержавеющей стали.

2.4. Костодержатель многократного применения, должен гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в низкотемпературных стерилизаторах (газовом, плазменном), не теряя при этом своих функциональных характеристик.

3.1. Срок годности (стерильности) товара на дату поставки должен составлять не менее 60 % от срока годности, установленного изготовителем.

3.2 Поставщик должен гарантировать и обеспечить замену некачественного товара по заявке заказчика.

3.3. Требования о наличии технической документации и иной инструкции: -

3.4. Инструкция по применению на русском языке.