

Лот 1

Приложение 1.к заявке на закупку
медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/ п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Дилуэнт DS Diluent или аналог	л	960
2.	Реагент лизирующий M-6LD Lyse или аналог	л	32
3.	Краситель M-6FD Dye или аналог	мл	864
4.	Реагент лизирующий M-6LH Lyse или аналог	л	20
5.	Реагент для СОЭ ESR Solution	л	36
6.	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог	мл	1600

2. Технические характеристики предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21. Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ, для анализатора BC-720[R];

2.2. Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3. Иметь инструкцию на русском языке;

2.4. Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой анализатора(путем считывания штрих-кодов);

2.5. В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1. параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования- предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2. аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность)

3.1 срок годности с момента поставки- не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.