

Приложение №1
к заявке на закупку
Контуры дыхательные

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Состав	Кол-во
1	Контур дыхательный для взрослых	1.1.Трубка гофрированная 1,8 м, диаметр 22мм-2 шт 1.2.Трубка гофрированная 0,8-0,9 м, диаметр 22мм - 1 шт 1.3.Прямой адаптер – 5 шт 1.4.У-адаптер с портами – 1 шт 1.5.Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт 1.6.Угловой адаптер – 1 шт 1.7.Маска дыхательная №4-5 – 1 шт 1.8.Фильтр бактериальный – 2 шт 1.9.Мешок дыхательный 2 л – 1 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	1000 шт
2	Контур дыхательный для взрослых	1.1.Трубка гофрированная 0,8-0,9 м, диаметр 22мм-5шт 1.2.Прямой адаптер – 5 шт 1.3.У-адаптер с портами – 1 шт 1.4.Влагосборник – 2 шт 1.5.Шарнирный угловой адаптер – 1 шт 1.6.Мешок 2 л – 1 шт	750 шт

		1.7.Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт 1.8.Увлажнитель – 1 шт 1.9.Маска №4-5 – 1 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	
3	Контур дыхательный неонатальный с двумя проводами обогрева	1.1. Трубка длиной не менее 1,4м с проводом обогрева, диаметр 10 мм – 1 шт 1.2. Трубка длиной не менее 1,4м с проводом обогрева с Т-коннектором (датчиком температуры), диаметр 10 мм – 1 шт 1.3. Дополнительный лимб длиной не менее 45 см (с эластичным адаптером) – 1 шт 1.4. Линия мониторинга – 1 шт 1.5. Y- адаптер с портом для санации – 1 шт 1.6. Т-коннектор -1 шт 1.7. Самозаполняющаяся камера увлажнения – 1 шт 1.8. Прямой адаптер - 5 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	60 шт
4	Контур дыхательный для транспортного аппарата ИВЛ Oxylog 3000 plus (Drager)	1.1.Трубка гофрированная 1,8-3,0 м диаметр 22м- 1 шт 1.2.Клапан вдоха – 1 шт 1.3.Датчик потока (с линиями измерения потока и давления) – 1 шт 1.4.Адаптер шарнирный (угловой, с защитным колпачком) – 1 шт 1.5.Адаптер прямой – 1 шт В контуры могут входить дополнительные элементы.	200 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
Лот №1 Контур дыхательный для взрослых	1.1. Контуры стерильные, однократного применения
Лот №2 Контур дыхательный для взрослых	1.1. Контуры стерильные, однократного применения
Лот №3 Контур дыхательный неонатальный с двумя проводами обогрева	1.1. Контуры стерильные, однократного применения 1.2. Совместимость с дыхательными аппаратами SLE 5000
Лот №4 Контур дыхательный для транспортного аппарата ИВЛ Oxylog 3000 plus (Drager)	1.1. Контуры стерильные, однократного применения 1.2. Совместимость с аппаратом ИВЛ Oxylog 3000 plus (Drager)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

ЛОТ № 5

Приложение 1

к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

Контуры дыхательные одноразовые стерильные

(наименование предмета государственной закупки)

№ 20

1. Состав (комплектация) медицинский изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот № 5 Контуры дыхательные одноразовые стерильные	1. Трубки – 4 шт. 2. У-адаптер - 1 шт. 3. Прямой адаптер – 7 шт. 4. Угловой адаптер – 1 шт. 5. Маска дыхательная размер №4 - 1 шт. 6. Мешок дыхательный объемом 2000 мл - 1 шт. 7. Фильтр дыхательный – 1 шт. 8. Адаптер шарнирный – 1 шт. * в состав контура могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	700 шт.

2. Технические требования:

- 2.1. набор контуров дыхательных должен быть в индивидуальной упаковке;
- 2.2. стерильный.