

Технические характеристики Цистоскопа операционного

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Кол-во
2.1	Цистоскоп операционный в комплекте	1 комплект
2.2	Щипцы захватывающие	2 шт.
2.3	Щипцы биопсийные	2 шт.
2.4	Колпачки уплотнительные	10 шт.
2.5	Инъекционные иглы	2 шт.
2.6	Проводник для катетера изогнутый, рабочая длина 35-40 см, металлические, многоразовые	4 шт.
2.7	Бужи уретральные	1 комплект
2.8	Полимерный контейнер для хранения и стерилизации	1 штука

2. Технические характеристики оборудования

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Цистоскоп операционный	неразборная конструкция	Наличие
		непрерывное промывание (два крана: для аспирации и ирригации)	
		угол обзора 30°	
		диаметр не более 17 Шр.	
		окуляр отклонен под углом 45°	
		рабочая длина 22-25 см	
		прямой инструментальный канал, размер инструментального канала не менее 8 Шр.	
2.2	Щипцы захватывающие	для захвата конкрементов, стентов (могут использоваться для взятия биопсии)	Наличие
		диаметр 7 Шр.	
		гибкие	
		рабочая длина 33-40 см	
		автоклавируемые.	

2.3	Щипцы биопсийные	для взятия биопсии (обс	Наличие
		бранши подвижные)	
		диаметр 7 Шр.	
		гибкие	
		рабочая длина 33-40 см	
		автоклавируемые	
2.4	Колпачки уплотнительные:	для рабочих каналов	Наличие
		цистоскопа (тубусов и	
		рабочих элементов)	
		многоразовые	
2.5	Инъекционные иглы:	диаметр 5-7 Шр.	Наличие
		гибкие	
		рабочая длина, не менее 40	
		см	
2.6	Проводники для катетеров	металлические.	Наличие
		многоразового	
		использования	
		изогнутый, рабочая длина	
		35-40 см – 4 шт.	
2.7	Бужу уретральные размером с 15 Шр. по 21 Шр. Набор	Металлические изогнутые типа «Гийон» или аналог	Наличие
2.8	Полимерный контейнер для хранения и стерилизации	полимерный контейнер (с	Наличие
		прозрачной крышкой) для	
		хранения и стерилизации	
		цистоскопов и их	
		комплектующих	
		встроенные силиконовые	
		держатели	
		размер. не более: 480 x 80 x	
		230 мм.	
		автоклавируемый	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

**Технические характеристики
Цистоскоп смотровой**

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Кол-во
1.	Цистоскоп смотровой в комплекте	1

2. Технические характеристики оборудования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.1	Цистоскоп смотровой с наружным тубусом диаметром не более 12 Шр с двумя кранами для аспирации/ирригации	цельный (неразборный)	Наличие
		отклоненный окуляр	
		диаметр, не более 12 Шр	
		направление обзора 7-10°	
		прямой инструментальный канал, диаметром не менее 7,5 Шр для инструментов 6 Шр	
		колпачки уплотнительные в комплекте	
2.2	Контейнер для хранения и стерилизации	полимерный с прозрачной крышкой для хранения и стерилизации цистоскопов и их комплектующих, встроенные силиконовые держатели, размер, не более: 480 x 80 x 230 мм.	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.