

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №1 Средство радиационной защиты индивидуальное, воротник	свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	56 штук
ЛОТ №2 Средство радиационной защиты индивидуальное, воротник (детский)	1. детский 2. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	15 штук
ЛОТ №3 Средство радиационной защиты индивидуальное, пелерина	свинцовый эквивалент не менее 0,35мм Pb.	11 штук
ЛОТ №4 Средство радиационной защиты индивидуальное, пелерина (детская)	свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb.	5 штук
ЛОТ №5 Средство радиационной защиты индивидуальное, передник	1. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb 2. размер изделия не менее 40х40см.	23 штук
ЛОТ №6 Средство радиационной защиты индивидуальное, передник (детский)	1. детский 2. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb 3. размер изделия не менее 30х30см.	6 штук
ЛОТ №7 Средство радиационной защиты индивидуальное, шапочка	свинцовый эквивалент не менее 0,35мм Pb	10 штук
ЛОТ №8 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук	1. двухсторонний 2. свинцовый эквивалент спереди не менее 0.5мм Pb и сзади не менее 0,25мм Pb. 3. размер L или LM или X (56-60).	7 штук
ЛОТ №9 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук	1. односторонний 2. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb. 3. размер M или MM (46-54).	9 штук
	1. односторонний 2. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb 3. размер L или LM или X (56-60).	9 штук
ЛОТ №10 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук (детский)	1. односторонний 2. детский 3. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	1 штук
ЛОТ №11 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук (стоматологический)	1. стоматологический 2. свинцовый эквивалент не менее 0,35мм Pb	3 штук

ЛОТ №12 Средство радиационной защиты индивидуальное, юбка (детская)	1. детская 2. свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	5 штук
ЛОТ №13 Средство радиационной защиты индивидуальное, юбка	свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	22 штук
ЛОТ №14 Средство радиационной защиты индивидуальное, очки	свинцовый эквивалент не менее 0,25мм Pb	8 штук
ЛОТ №15 Средство радиационной защиты, перчатки	свинцовый эквивалент не менее 0,25мм Pb	6 пар
ЛОТ №16 Средство радиационной защиты индивидуальное, пластина (набор детский)	1) для микропедиатрии 2) в набор должны входить: 2.1) пластина не менее 10*30 см, 2.2) пластина (овальная) не менее 17*25 см, 2.3) подгузник с застежкой, 2.4) пеленка не менее 30х70 см, 2.5) воротничок детский с застежкой. 3) свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb	5 штук
ЛОТ №17 Средство радиационной защиты индивидуальное, пластина (набор)	1) в набор должны входить семь пластин различной формы: 1.1) пластина не менее 10*10см - 2 шт. 1.2) пластина не менее 10*30 см - 2 шт. 1.3) пластина (овальная) не менее 10*30 см - 1 шт. 1.4) пластина не менее 23*23*23см - 1 шт. 1.5) пластина (овальная, изогнутая) не менее 42*14 см - 1 шт. 2) свинцовый эквивалент не менее 1,00мм Pb	3 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1 Средство радиационной защиты индивидуальное, воротник
ЛОТ №2 Средство радиационной защиты индивидуальное, воротник (детский)
1.1. должен быть предназначен для защиты щитовидной железы и области шеи персонала и пациентов; 1.2. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 1.3. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №3 Средство радиационной защиты индивидуальное, пелерина
ЛОТ №4 Средство радиационной защиты индивидуальное, пелерина (детская)
2.1. должен быть предназначен для защиты щитовидной железы, плечевого пояса и верхней части грудной клетки;

2.2. длина изделия должна быть от середины плеча до нижнего края не менее 38см; 2.3. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.4. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №5 Средство радиационной защиты индивидуальное, передник ЛОТ №6 Средство радиационной защиты индивидуальное, передник (детский)
2.1. должен быть предназначен для защиты области гонад и костей таза пациентов со стороны пучка излучения; 2.2. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.3. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №7 Средство радиационной защиты индивидуальное, шапочка
2.1. должен быть предназначен для защиты головы врача; 2.2. размер должен регулироваться с помощью застежки; 2.3. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.4. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №8 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук
2.1. должен быть предназначен для защиты тела со всех сторон; 2.2. фартук должен иметь застежки по бокам или пояс с застежкой; 2.3. длина должна быть от середины плеча до нижнего края фартука спереди и сзади, не менее 90 см; 2.4. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.5. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №9 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук
2.1. должен быть предназначен для защиты передней части тела; 2.2. длина фартука должна быть от середины плеча до нижнего края изделия не менее 90 см; 2.3. фартук должен иметь застежку на спине или спереди; 2.4. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.5. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №10 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук (детский)

2.1. должен быть предназначен для защиты передней части тела ребенка; 2.2. длина фартука должна быть от середины плеча до нижнего края изделия не менее 70 см; 2.3. фартук должен иметь застежку на спине или спереди; 2.4. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.5. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №11 Средство радиационной защиты индивидуальное, фартук (стоматологический)
2.1. должен быть предназначен для максимальной защиты всех органов; 2.2. длина фартука должен быть от середины плеча до нижнего края не менее 78см; 2.3. ширина фартука должен быть не менее 60 см; 2.4. фартук должен застегиваться сзади, с помощью застежки; 2.5. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.6. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №12 Средство радиационной защиты индивидуальное, юбка (детская)
2.1. должен быть предназначен для защиты со всех сторон области гонад и костей таза ребенка; 2.2. длина юбки должна быть не более 35см; 2.3. размер юбки должен регулироваться с помощью застежки; 2.4. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.5. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №13 Средство радиационной защиты индивидуальное, юбка
2.1. должен быть предназначен для защиты со всех сторон области гонад и костей таза персонала и пациентов; 2.2. длина изделия должна быть не менее 40 см; 2.3. размер юбки (средний/М) должен регулироваться с помощью застежки; 2.4. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием; 2.5. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №14 Средство радиационной защиты индивидуальное, очки
2.1. должен быть предназначен для защиты хрусталика глаза; 2.2. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №15 Средство радиационной защиты, перчатки
2.1. должен быть предназначен для защиты кистей рук и запястий, нижней половины предплечья персонала; 2.2. применяемые материалы не должны обладать токсическими и сенсibiliзирующими свойствами.
ЛОТ №16 Средство радиационной защиты индивидуальное, пластина (набор детский)

ЛОТ №17

Средство радиационной защиты индивидуальное, пластина (набор)

- 2.1. должен быть предназначен для защиты различных органов пациента от прямого и рассеянного излучения при рентгенодиагностических исследованиях;
- 2.2. наружная поверхность должна быть изготовлена из малоусадочной ткани с пленочным покрытием;
- 2.3. применяемые материалы не должны обладать токсическими и sensibilizing свойствами.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.