

**ЛОТ №1: Реагенты, контрольные и расходные материалы для выполнения
иммунохемилюминесцентного анализа в автоматическом режиме**
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить иммунохемилюминесцентные исследования в автоматическом режиме для качественного и количественного анализа сыворотки/плазмы крови следующих параметров:	проб	125000
1.1.2	Определение антигена вируса гепатита В (HBsAg)	проб	6000
1.1.2.1	Комплект калибраторов для определения антигена вируса гепатита В (HBsAg), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.2	набор	1
1.1.3	Определение антител к вирусу гепатита В (Anti-HBs)	проб	6000
1.1.3.1	Комплект калибраторов для определения антител к вирусу гепатита В (Anti-HBs), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.3	набор	1
1.1.4	Определение антител к корковому антигену вируса гепатита В (Anti-HBc)	проб	6000
1.1.4.1	Комплект калибраторов для определения антител к корковому антигену вируса гепатита В (Anti-HBc), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.4	набор	1
1.1.5	Определение антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV)	проб	6000
1.1.5.1	Комплект калибраторов для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.5	набор	1
1.1.6	Определение антигена/антител к вирусу иммунодефицита человека (HIV Ag/Ab Combo)	проб	6000
1.1.6.1	Комплект калибраторов для определения антигена/антител к вирусу иммунодефицита человека (HIV Ag/Ab Combo), в случае отсутствия калибратора в составе набора	набор	1

	п.1.1.6		
1.1.7	Определение антител класса М к вирусу краснухи (Rubella IgM)	проб	3000
1.1.7.1	Комплект калибраторов для определения антител класса М к вирусу краснухи (Rubella IgM), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.7	набор	1
1.1.8	Определение антител класса G к вирусу краснухи (Rubella IgG)	проб	3000
1.1.8.1	Комплект калибраторов для определения антител класса G к вирусу краснухи (Rubella IgG), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.8	набор	1
1.1.9	Определение антител класса М к цитомегаловирусу (CMV IgM)	проб	3000
1.1.9.1	Комплект калибраторов для определения антител класса М к цитомегаловирусу (CMV IgM), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.9	набор	1
1.1.10	Определение антител класса G к цитомегаловирусу (CMV IgG)	проб	3000
1.1.10.1	Комплект калибраторов для определения антител класса G к цитомегаловирусу (CMV IgG), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.10	набор	1
1.1.11	Определение антител класса М к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV IgM)	проб	3000
1.1.11.1	Комплект калибраторов для определения антител класса М к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV IgM), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.11	набор	1
1.1.12	Определение антител класса G к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV IgG)	проб	3000
1.1.12.1	Комплект калибраторов для определения антител класса G к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV IgG), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.12	набор	1
1.1.13	Определение антител класса М к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV IgM)	проб	3000
1.1.13.1	Комплект калибраторов для определения антител класса М к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV IgM), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.13	набор	1
1.1.14	Определение антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV IgG)	проб	3000
1.1.14.1	Комплект калибраторов для определения антител класса G к вирусу простого герпеса 2	набор	1

	типа (HSV IgG), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.14		
1.1.15	Определение антител класса М к токсоплазме (Тохо IgM)	проб	3000
1.1.15.1	Комплект калибраторов для определения антител класса М к токсоплазме (Тохо IgM), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.15	набор	1
1.1.16	Определение антител класса G к токсоплазме (Тохо IgG)	проб	3000
1.1.16.1	Комплект калибраторов для определения антител класса G к токсоплазме (Тохо IgG), в случае отсутствия калибратора в составе набора п.1.1.16	набор	1
1.1.17	Контрольный материал для инфекционных маркеров (не менее 2-х уровней)	комплект	4
1.1.18	Вспомогательные реагенты (буфер, промывочный раствор, субстрат и т.д.) и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований, указанных в п.1	комплект	Для 125000 проб
1.1.19	Источник бесперебойного питания в комплекте	Шт.	1

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1	Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1
2.2	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение внутрилабораторного контроля качества.
2.3	К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1 заявки на закупку.
2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.4.1*	Должен обеспечивать работу для качественного и/или количественного иммунохемилюминесцентного анализа в автоматическом режиме с возможностью сохранения данных результатов исследования проб и контрольных материалов
2.4.2	Производительность не менее 120 проб в час
2.4.3	Возможность одновременной загрузки не менее 90 биологических проб в первичных пробирках

	первичных пробирках
2.4.4	Охлаждение реагентов на борту анализатора, возможность постоянного хранения реагентов на борту.
2.4.5	Спектр исследований: антиген вируса гепатита В (HBs), антител к поверхностному и корковому антигену вируса гепатита В (anti-HBs и anti-HBc), антител к вирусу гепатита С (anti-HVC), суммарное определение антигенов и антител к вирусу иммунодефицита человека, антител к вирусам простого герпеса, краснухи, цитомегаловирусу, токсоплазме.
2.4.6	Тип исследуемых образцов: сыворотка/плазма крови
2.4.7*	Метод: хемилюминесцентный анализ
2.4.8	Возможность дозагрузки проб и реагентов в процессе работы
2.4.9	Автоматическое предупреждение о патологических результатах
2.4.10	Интерфейс на русском языке
2.4.11	Возможность подключения к лабораторной информационной системе

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам