

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Электрод для временной кардиостимуляции с принадлежностями	комплект	5

Состав одного комплекта:

№	Наименование	Кол-во, шт.
2.	Электрод для временной кардиостимуляции	1
3.	Шприц для раздутия баллона	1
4.	ЭКГ адаптер	1
5.	Канюля сосудистая	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Материал изготовления – армированный полимер;

2.2. Размер электрода 5F;

2.3. Наличие баллона между дистальной и проксимальной метками для обеспечения возможности установки электрода без использования рентген-операционной;

2.4. Расстояние между дистальной и проксимальной метками должно составлять не менее 1см;

2.5. Диаметр баллона не менее 4F;

2.6. Размер и материал баллона должны обеспечивать доступ в камеру сердца через трехстворчатый клапан;

2.7. Размер канюли сосудистой 6F;

2.7. Индивидуальная упаковка;

2.8. Стерильность.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.