

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Требуемые параметры	Количество
1	Катетеры гемодиализные имплантируемые	Состав набора: 1. Двухпросветный перманентный силиконовый катетер диализного типа, диаметром 13 – 15 F, длина от кончика до манжеты 19 – 27 см 2. Туннельная игла 16-18G для пункции вены, длиной не менее 7 см 3. J-образный проводник 4. Расширитель с туннельным проводником	70 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Венозные линии в катетере должны быть отдельными, с возможностью закрытия просвета дистальной части зажимами-защелками.
- 2.2. Соединения Лuer- типа.
- 2.3. Гипоаллергенный, термолабильный материал.
- 2.4. Рентгенконтрастность.

2.5. Все расходные материалы – стерильные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетер трехпросветный диализного типа 12F Состав набора: 3-х просветный катетер; игла пункционная , длиной не менее 70 мм; «J»проводник, длиной не менее 50 см; зажим на каждый канал; заглушка на каждый канал; сосудистый расширитель; фиксатор; хирургический скальпель.	шт.	850
2	Катетер трехпросветный диализного типа 9F Состав набора: 3-х просветный катетер; игла пункционная , длиной не менее 70 мм; «J»проводник, длиной не менее 50 см; зажим на каждый канал; заглушка на каждый канал; сосудистый расширитель; фиксатор; хирургический скальпель.	шт.	540

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Техника установки: по методу Сельдингера (по проводнику).

2.2 Наличие гибких крылышек-фиксаторов.

2.3 На поверхности катетера должна быть маркировка длины для облегчения определения глубины установки.

2.4 Коннекторы - совместимость с Luer-Lock.

2.5 Наборы должны быть упакованы в индивидуальную упаковку.

2.6 Должны быть гипоаллергенны, стерильны, для однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетер двухпросветный диализного типа 8F	шт.	110

**2 Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**

2.1 Техника установки: по методу Сельдингера (по проводнику).

2.2 Полностью рентгеноконтрастный катетер.

2.3 Наличие гибких крылышек-фиксаторов.

2.4 В состав набора должны входить:

- 2-х просветный катетер
- Игла-пункционная, длиной не менее 70 мм
- «J» проводник – длиной не менее 50 см
- Зажим на каждый канал
- Заглушка на каждый канал
- Сосудистый расширитель
- Хирургический скальпель

2.5 На поверхности катетера должна быть маркировка длины для
облегчения определения глубины установки.

2.6 Коннекторы - совместимость с Luer-Lock.

2.7 Наборы должны быть упакованы в индивидуальную упаковку.

2.8 Должны быть стерильны, для однократного применения.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности):**

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетер двухпросветный высокопоточного типа 9F Состав набора: 2-х просветный катетер; V-образная игла с клапаном, J-образный проводник, шприц, скальпель, дилататор, безыгольный коннектор-заглушка (кратно количеству портов-просветов катетера), соединительный ЭКГ-кабель, зажим	шт.	905

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.* Катетер должен быть выполнен из рентгеноконтрастного термолабильного полиуретана, иметь градуировку по длине.

2.2. V-образная канюля с непроницаемым клапаном и боковым портом 18G, длина колющей части от 70мм.

2.3. *Шприц объемом до 10мл, с винтовым соединением.

2.4. Фиксирующий зажим должен быть съемным, передвижным и с возможностью фиксации.

2.5. *Проводник должен иметь J-образный конец и быть изгибоустойчивым, должен иметь градуировку по длине и быть длиной не менее 50 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

3.2 Не рассматриваются предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*»