

Приложение №1
к заявке на закупку

Реагент диагностический для качественного обнаружения аэробных микроорганизмов в жидкостях организма
(наименование предмета государственной закупки согласно формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Реагент диагностический для качественного обнаружения аэробных микроорганизмов в жидкостях организма
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
Лот №1	Реагент диагностический для качественного обнаружения аэробных микроорганизмов в жидкостях организма	шт	800

2. Технические требования ⁷:

2.1. Транспортная среда, обеспечивающая жизнеспособность организмов в течение 24-72 часов, флаконы с двухфазной средой промышленного производства.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для посева образцов крови в стандартных объемах (8-10 мл) для качественного обнаружения аэробных микроорганизмов в жидкостях организма.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
2	Реагент моноклональный Анти - С	флакон	2
3	Реагент моноклональный Анти - с	флакон	2
4	Реагент моноклональный Анти - Е	флакон	2
5	Реагент моноклональный Анти - е	флакон	20
6	Реагент моноклональный Анти - Kell (K)	флакон	15

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования
ЛОТ № 2 Реагент моноклональный Анти - С	1. флакон - капельница не менее 10 мл
	2. реагент жидкий, титр не ниже 1:64, готовый к употреблению
ЛОТ № 3 Реагент моноклональный Анти - с	1. флакон - капельница не менее 10 мл
	2. реагент жидкий, титр не ниже 1:64, готовый к употреблению
ЛОТ № 4 Реагент моноклональный Анти - Е	1. флакон - капельница не менее 10 мл
	2. реагент жидкий, титр не ниже 1:64, готовый к употреблению
ЛОТ № 5 Реагент моноклональный Анти - е	1. флакон - капельница не менее 10 мл
	2. реагент жидкий, титр не ниже 1:64, готовый к употреблению
ЛОТ № 6 Реагент моноклональный Анти - Kell (K)	1. флакон - капельница не менее 10 мл
	2. реагент жидкий, титр не ниже 1:64, готовый к употреблению

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Состав</i>	<i>Количество</i>
7	Набор реагентов для клинического анализа кала	Скрытая кровь, билирубин, стеркобилин, микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов)	5 наборов

2. Технические требования:

2.1. Принцип метода – мануальный

2.2. Реагенты жидкие, готовые к применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Состав</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
8	Система транспортная со средой Кери-Блэйр	1. пробирка -1 шт 2. зонд-тампон -1шт	штук	8000

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ №8 Система транспортная со средой Кери-Блэйр	1.пробирка объемом 85мм ±10мм с герметично укупоренной винтовой крышкой; 2. зонд-тампон для отбора проб 150мм ±10мм 3.система стерильная, однократного применения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.