

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)**

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Автомат для розлива питательных сред с принадлежностями	1 шт.
1.2	Программное обеспечение	1 шт.
1.3	Аксессуары и расходные материалы (согласно технической документации производителя)	на 500 чашек

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1 Автомат должен обладать хорошей производительностью (не менее 500 чашек час).
- 2.2 Точность дозирования прибора должна быть (1-99,9 мл с шагом 0,1 мл).
- 2.3 Температура среды должна регулироваться в автомате от комнатной до кипения.
- 2.4 Температура разлива от 35 до 80 градусов.
- 2.5 Автомат должен обладать высокой точностью дозирования (около 99 %).
- 2.6 Автомат должен обеспечивать объем загрузки не менее 100 чашек.
- 2.7 Возможность разлива в чашки различных диаметров и типов пробирок, флаконов.
- 2.8 Автомат должен иметь перистальтический тип насоса со сменными стерилизуемыми трубками.
- 2.9 Автомат должен иметь встроенную УФ лампу, для защиты зоны разлива от контаминации.
- 2.10 Иметь в своем составе систему охлаждения для сокращения времени застывания агара и снижения образования конденсата.
- 2.11 Иметь русифицированный сенсорный графический дисплей для управления процессами и настройками.
- 2.12 Иметь возможность программирования от 10 и более программ приготовления питательных сред.
- 2.13 Иметь дополнительную опцию печати информации непосредственно на лабораторной посуде.
- 2.14 Корпус и раздаточная камера должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
- 2.15 Автомат должен иметь в своем составе встроенную магнитную мешалку (скорость вращения мешалки до 240 об. /мин).
- 2.16 В автомате должна быть предусмотрена автоматическая блокировка при высоких температурах и давлении.
- 2.17 Сочетать в работе автоматические и ручные режимы работы.
- 2.18 Диапазон измерений от 1.0-99.9 мл до 15-9000 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.