

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/ п	Наименование	Ед. измерения	Колич-во
1.	Картридж с реагентами для ускоренного обнаружения и дифференцировки генетического материала вирусов гриппа А, В и респираторно-сентициального вируса (РСВ) в назофарингеальных или назальных мазках типа Xpert XpressFlu/RSV(либо аналог)	тест	45
2.	Картридж с реагентами для обнаружения генетического материала MRSA в назальных мазках типа Xpert MRSA NxG (либо аналог)	тест	45
3.	Картридж с реагентами для обнаружения и дифференцировки генов карбапенемрезистентности, включая металлобеталактамазы в ректальных или перианальных соскобах, или бактериальном изоляте типа Xpert Carba-R (или аналог)	тест	45
ИТОГО		тесты	135

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с анализатором GeneXpert Cepheid, США.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности):**

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/ п	Наименование	Ед.измерения	Колич-во
1.	Картридж с реагентами для ускоренного обнаружения и дифференцировки генетического материала вирусов гриппа А, В и респираторно-сентициального вируса (РСВ) в назофарингеальных или назальных мазках типа Xpert XpressFlu/RSV(либо аналог)	тест	5
2.	Картридж с реагентами для обнаружения генетического материала MRSA в назальных мазках типа Xpert MRSA NxG (либо аналог)	тест	5
3.	Картридж с реагентами для обнаружения и дифференцировки генов карбапенемрезистентности, включая металлобеталактамазы в ректальных или перианальных соскобах, или бактериальном изоляте типа Xpert Carba-R (или аналог)	тест	5
ИТОГО		тесты	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с анализатором GeneXpert Cepheid, США.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности):**

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.