

Приложение 1

Лот 1 - Весы медицинские электронные для взрослых

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки .

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 или аналог.	шт.	161

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" :

Требуемые параметры	
наибольший предел взвешивания	по 150 кг
время измерения	не более 4 с.
масса	не более 12 кг
потребляемая мощность	15 Вт
работа от встроенного аккумулятора	до 110 часов
диапазон работы температур, ° С	от +10 до +40
жидкокристаллический индикатор с подсветкой , шт	1
сетевой адаптер, шт	1
допускается санобработка	дезинфекция и обработка кварцем

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента инсталляции;

Приложение 2

Лот 2 - Весы медицинские для детей

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Весы медицинские электронные для детей или аналог.	шт.	75

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Требуемые параметры	
Длина соединительного шнура	не менее 1,5 м
Ножки	не менее 4-х штук
Пределы взвешивания, кг	наибольший – 20 наименьший – 0,05
Пределы допускаемой погрешности весов:	от 0,05 до 2,5 при первичной поверке $\pm 2,5$; от 0,05 до 2,5 при эксплуатации и после ремонта $\pm 5,0$; от 2,5 до 10,0 при первичной поверке $\pm 5,0$; от 2,5 до 10,0 при эксплуатации и после ремонта $\pm 10,0$; свыше 10,0 при первичной поверке $\pm 7,5$; свыше 10,0 при эксплуатации и после ремонта $\pm 15,0$.
Чувствительность, г	от 5 до 7
Диапазон выборки массы тары, кг	от 0,05 до 3,00
Время выхода на установленный рабочий режим, мин.	не более 15
Время готовности к работе, мин.	не более – 1
Время установки показаний при взвешивании, с	не более – 5
Время непрерывной работы весов, ч	не более - 16

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента инсталляции;

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома



Т.Т.Федосюк