

Техническая характеристика (описание) медицинской техники и изделия медицинского назначения

Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование лота	Состав (комплектация) оборудования 1 комплекта	Количество
Лот 1 резектоскопический комплект	1. Оптика к резектоскопу — 2 шт.	3 комп.
	2. Рабочий элемент для резектоскопа - 1 шт.	
	3. Тубус для резектоскопа — 1 шт.	
	4. Стандартный — 1 шт. обтюратор	
	5. Электрод режущий - 30 шт.	
	6. Кабель высокочастотный биполярный для подключения резектоскопа со штекером - 1 шт.	
	7. Кабель осветительный (волоконнооптический) эндоскопический — 1 шт.	
	8. нейтральный электрод многоразовый	

2. Технические требования:

	Технические требования	Заказываемый параметр
2.1.	Оптика к резектоскопу	
2.1.1.	Диаметр	Не более 4,0 мм
2.1.2.	Угол зрения	12 градусов
2.1.3.	Угол зрения	30 градусов
2.1.4.	Возможность стерилизации	наличие
2.2.	Рабочий элемент для резектоскопа	
2.2.1.	Элемент рабочий пассивный с рукояткой и креплением для электрода (в нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса)	наличие
2.2.2.	Гибридный моно/биполярный (пассивный)	наличие
2.2.3.	Возможность использовать моно- и биполярные инструменты	наличие
2.2.4.	Совместимость с тубусом для резектоскопа п.2.3.	наличие
2.2.5.	Возможность стерилизации	наличие
3.1.	Тубус для резектоскопа	

3.2.1.	Тубус для резектоскопа, состоит из наружного и внутреннего тубусов, включающий стандартный obturator	наличие
3.2.2.	Диаметр тубуса для резектоскопа	внутренний не более 24 Шр., внешний не более 26 Шр.
3.2.3.	Скошенный керамический наконечник	наличие
3.2.4.	Инструмент в сборе обеспечивает орошение оперируемой полости (аспирации и ирригации), должен	наличие
4.1	Стандартный obturator	
4.1.1	Совместим с тубусом	наличие
5.1	Электрод режущий	
5.1.1	Совместима с резектоскопом	наличие
5.1.2	ВЧ-петля «большая»	наличие
5.1.3	ВЧ- петля «средняя»	наличие
6.1	Кабель высокочастотный	
6.1.1	Аппаратная часть штекера не более 4мм	наличие
6.1.2	Длинна не менее 2,5 метров	наличие
7.1.1.	Кабель осветительный	
7.1.1	Длина не менее 3 метров	наличие
7.1.2	Диаметр не менее 4,2 мм	наличие
7.1.3	Совместимость с эндоскопами и источником света	наличие
8.1.	нейтральный электрод многоцветный	
8.1.	Аппаратная часть штекера не более 6,3 мм	наличие
8.1.2.	Длина не менее 3 м	наличие
8.1.3.	Совместима с ЭХВЧ	наличие