

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Система контейнеров (сдвоенные 450-600/300-400 мл) для заготовки крови с консервантом CPDA-1 (цитрат-фосфат-декстроза-аденин) или аналог	шт.	1400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Система полимерных сдвоенных контейнеров представляет собой замкнутую герметичную, стерильную систему конфигурации top&top (верх-верх), объемом не менее 450/300, состоящую из двух пластиковых контейнеров, соединенных между собой полимерными трубками (магистралями).

2.2. Первый контейнер объемом не менее 450, содержащий раствор антикоагулянта для цельной крови CPDA-I (ЦФДА-1) в объеме не менее 63 мл, предназначен для заготовки 450 мл и более цельной крови (без учета объема консерванта крови).

2.3. Второй контейнер объемом не менее 300 сателлитный пустой, предназначен для заготовки и хранения плазмы, в объеме 300 мл и более.

2.4. Контейнер объемом не менее 450 мл должен быть соединен с сателлитными контейнерами объемом не менее 300 мл через соединительный узел, от которого идет трубка (магистраль) к сателлитному пустому контейнеру объемом не менее 300 мл; соединение top&top (верх-верх).

2.5. Длина соединительной трубки (магистрали) между контейнером объемом не менее 450 и соединительным узлом сателлитного пустого контейнера, объемом не менее 300 мл должна быть не менее 50 см.

2.6. Конструкция адаптера малого контейнера изготовлена из эластичного полипропилена и обеспечивает возможность соединения с вакуумной пробиркой.

2.7. Длина трубки (магистрали) с пункционной иглой должна быть - не менее 100 см.

2.8. Пункционная игла диаметром 16G, должна иметь колпачок с контролем «первого вскрытия» и протектор, обеспечивающий закрытие иглы после завершения процедуры.

2.9. Требования к контейнерам:

2.9.1. должны быть стерильные, прозрачные (для визуализации его содержимого);

2.9.2. должны выдерживать относительное центрифужное ускорение не менее 5000G.

2.10. Требования к магистралям:

2.10.1. магистрали должны быть пригодны для механической герметизации: фиксация полимерных трубок в тугие узлы, термозапаивание; обеспечивать сохранность пайки на полимерных трубках;

2.10.2. должны выдерживать относительное центрифужное ускорение не менее 5000G.

2.11. Наличие зажимов на магистралях.

2.12. Наличие на контейнерах этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности контейнеров – согласно аукционных документов организатора