

Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

Контур дыхательный одноразовый стерильный
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. 1. Состав (комплектация) медицинских изделий⁶:

Номер п/п	Наименование лота	Состав (комплектация) оборудования	Ед.изм.	Коли- чество
ЛОТЫ				
1.	Контур дыхательный одноразовый стерильный	- трубка гофрированная 1.8 м - 2 шт.. - трубка гофрированная 0.8-0.9м - 1 шт.. - прямой адаптер -5 шт; - Y адаптер с портом-1 шт; - влагосборник - 1 шт.. - угловой адаптер с портом - 1 шт.. - угловой адаптер с портом для CO₂ - 1 шт.. - мешок дыхательный объемом (от 2000 мл до 3000 мл) - 1 шт.; - фильтр дыхательный бактерицидный - 1 шт.; - увлажнитель - 1 шт.; - маска дыхательная №4, №5 - 1 шт. в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	шт.	50
2.	Контур дыхательный одноразовый стерильный	- трубка гофрированная 1.8м - 1 шт.. - трубка гофрированная 0.8-0.9м-3шт.. - прямой адаптер -4 шт; - Y адаптер с портом-1 шт; - влагосборник - 1 шт.. - угловой адаптер с портом - 1 шт.. - мешок дыхательный объемом (от 2000 мл до 3000 мл) - 1 шт.; - фильтр дыхательный бактерицидный - 1 шт.; - увлажнитель - 1 шт.; - маска дыхательная №4, №5 - 1 шт. в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	шт	100
3.	Контур дыхательный одноразовый стерильный	- трубка гофрированная 1.8м - 1 шт.. - трубка гофрированная 0.8-0.9м-3шт.. - прямой адаптер -5 шт; - Y адаптер с портом-1 шт; - влагосборник - 1 шт.. - угловой адаптер с портом - 1 шт.. - мешок дыхательный объемом (от 1000 мл) - 1 шт.; - фильтр дыхательный бактерицидный - 1 шт.; - увлажнитель - 1 шт.; - маска дыхательная № 2 - 1 шт. в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	шт	20

2. Требования предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

3. Требования о наличии технической документации и иной информации:

3.2 документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4 Контуры дыхательные анестезиологические одноразовые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
4	Комплектность: - трубка гофрированная 0,8- 1,0м – 5 шт. (диаметр дыхательной трубки 22мм) - фильтр ТВО – 1 шт. - влагосборник – 2 шт. - У-образный адаптер с портами – 1 шт. - шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. - увлажнитель – 1 шт. - маска дыхательная № 4 – 1 шт. - мешок (объем не менее 3000 мл) – 1 шт. - переходник к мешку 22/22/15 – 1 шт. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура дыхательного.	шт.	200

2. Технические требования:

2.1. Стерильные, одноразовые. Шарнирный адаптер угловой с портом, маска дыхательная, увлажнитель, должны быть в индивидуальной упаковке, с указанием срока годности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №5 Контуры дыхательные анестезиологические одноразовые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
5	Комплектность: - трубка гофрированная 1,8 м- 2,0 м – 2 шт. (диаметр дыхательной трубки 22мм) - трубка гофрированная 0,8- 1,0 м – 1 шт. (диаметр дыхательной трубки 22мм) - фильтр ТВО – 1 шт. - У-образный адаптер с портами – 1 шт. - адаптер угловой с луерлок портом 1 шт. - шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. - маска дыхательная № 4 – 1 шт. - мешок (объем не менее 3000 мл) – 1 шт. - переходник к мешку 22/22/15 – 1 шт. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура дыхательного.	шт.	400

2. Технические требования:

2.1. Стерильные, одноразовые. Адаптер угловой с луерлоком, маска дыхательная, шарнирный угловой адаптер с портом, должны быть в индивидуальной упаковке, с указанием срока годности

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий**Контур дыхательный одноразовый стерильный**

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

лор №6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 (одного) комплекта:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Трубка гофрированная / 0,8-1,0 м	шт.	5
2	Прямой адаптер	шт.	4
3	У-адаптер с портами	шт.	1
4	Угловой шарнирный адаптер	шт.	2
5	Фильтр с теплообменом	шт.	3
6	Влагосборник	шт.	2
7	Увлажнитель	шт.	1

В состав контура могут входить дополнительные элементы для полноценной работы контура.

2. *Технические требования:* 1) Весь комплект должен быть упакован в одну стерильную упаковку.

2) Фильтры и шарнирные угловые адаптеры также должны быть стерильны в индивидуальных упаковках.

3) Длина трубки гофрированной / 0,8-1,0 м

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

3.1 Срок годности и (или) стерильности с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

4. *Требования о наличии технической документации и иной информации:*

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

4.3. для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»