

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 21.07.2026 № 4-14/202
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «Аппарат ультразвуковой терапии» (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преysкурant и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **23.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат для ультразвуковой терапии

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования

Наименование и номер лота	Состав	Кол-во
ЛОТ № Аппарат для ультразвуковой терапии	1.1 Основной блок – 1 шт.; 1.2 Сетевой кабель (кабель питания)– 1 шт. 1.3 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 1 см ² с рабочей частотой 0,88МГц – 1 шт 1.4 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 4 см ² с рабочей частотой 0,88 МГц – 1 шт 1.5 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 1 см ² с рабочей частотой 2,64 МГц – 1 шт 1.6 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 4 см ² с рабочей частотой 2,64 МГц – 1 шт	1 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ № Аппарат для ультразвуковой терапии	2.1 Режим работы аппарата: непрерывный импульсный
	2.2 Рабочая частота, МГц: 0,88/2,64
	2.3 Частота следования импульсов: не менее 20
	2.4 Напряжение питания, В: 220-230
	2.5 Частота питания, Гц: 50±0,16
	2.6 Потребляемая мощность, ВА: не более 80

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.