

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«21-я центральная районная поликлиника
Заводского района г. Минска»

Н.Я. Мысливчик

« » 2026 г.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):
аппарат многофункциональный для низкочастотной электротерапии**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1.	Аппарат низкочастотной терапии	штука	1
1.1.	Кабель пациента	штука	2
1.2.	Электрод фланелевый с токопроводящей тканью (прямоугольный) размером в пределах (55 -70) x (90 -110)	штука	2
1.3.	Электрод фланелевый с токопроводящей тканью (прямоугольный) размером в пределах (70-90) x (90 x110)	штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Аппарат низкочастотной электротерапии должен обеспечивать проведение следующих процедур: гальванизация, диадинамотерапия (ДДТ), амплипульстерапия (СМТ),

2.2. В аппарате должна быть предусмотрена защита «пациента по току», автоматическое выключение «тока пациента» с подачей звукового сигнала.

2.3. Наличие таймера и отображения режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока осуществляется на дисплее

2.4. Напряжение питающей сети (230±20) В, частота 50/60 Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Не менее 12 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Врач-физиотерапевт



С.А. Гончаров

Медицинская сестра по физиотерапии



А.Н. Симоненко

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комиссии

по разработке технических характеристик:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая