

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для интраоперационной аспирации:	набор	1500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Длина соединительной трубки 2,7-3,5 м.

2.2. Наружный диаметр соединительной трубки 30-35СН

2.3. На обоих концах трубки универсальные конусовидные коннекторы.

2.4. Наконечник изогнутой формы, с вакуум-контролем.

2.5. Число вспомогательных отверстий в наконечнике – не менее 2.

2.6. Конец наконечника - стандарт.

2.7. Длина аспирационного наконечника 210-300 мм.

2.8. На аспирационном наконечнике коннектор в виде ребристого конуса.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности не менее 60% от срока годности установленного производителем.

3.2. В индивидуальной упаковке, набор стерильный.