

Лоты 1- 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Интубационная трубка с манжетой
- 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
- 2.1.Материал трубки – поливинилхлорид (без фталатов)
- 2.2.Однократного применения
- 2.3.Наличие бокового глазка Мерфи с завальцованными краями
- 2.4.Наличие манжеты «большого объема/низкого давления»
- 2.5.Наличие чувствительного пилотного баллона большого объема
- 2.6.Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки
- 2.7.Двойная маркировка глубины интубации
- 2.8.Цветоразмерная маркировка коннектора трубки с упором
- 2.9.Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса
- 2.10.Закругленный атравматичный дистальный конец трубки
- 2.11. Стерилизационный период – 5 лет

Лот 3

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Интубационная трубка без манжеты
- 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
- 2.1.Материал трубки – поливинилхлорид (без фталатов)
- 2.2.Однократного применения
- 2.3.Двойная маркировка глубины интубации
- 2.4.Цветоразмерная маркировка коннектора трубки с упором
- 2.5.Инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса
- 2.6.Закругленный атравматичный дистальный конец трубки
- 2.7. Стерилизационный период – 5 лет

Лоты 4-6

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Трубка эндотрахеальная с просветом для аспирации из субглоточного пространства.
- 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
- 2.1.Из прозрачного, термопластичного ПВХ, стандартно изогнутая,
- 2.2.Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи,
- 2.3.Манжета низкого давления большого объема
- 2.4.Наличие дополнительного канала для ирригации и санации подсвязочного пространства, встроенного в заднюю стенку трубки, с дистальным отверстием, расположенным над манжеткой, и проксимальной удлинительной трубкой с заглушкой на разьеме Луер,
- 2.5.R-контрастная полоска на боковой поверхности трубки и R-контрастная метка у дистального отверстия доп.канала,
- 2.6.Разметка длины в см.
- 2.7.Стерильная.

Лот 7

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 7,0 мм, наружный диаметр 10,2 мм, диаметр манжеты 23 мм;
- Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 7,5 мм, наружный диаметр 11,0 мм, диаметр манжеты 25 мм

— Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 8,0 мм, наружный диаметр 11,6 мм, диаметр манжеты 26 мм

— Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 8,5 мм, наружный диаметр 12,3 мм, диаметр манжеты 27 мм

— Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 4,0 мм, наружный диаметр 6,0 мм, диаметр манжеты 10 мм

— Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 6,0 мм, наружный диаметр 8,8 мм, диаметр манжеты 20 мм

— Трубка эндотрахеальная носоглоточная армированная из силиконизированного ПВХ со стилетом, с манжетой, диаметр 6,5 мм, наружный диаметр 9,7 мм, диаметр манжеты 20 мм

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. изготовлены из силиконизированного ПВХ медицинского назначения

2.2. обладают термосенситивными свойствами (принимают конфигурацию трахеи под действием температуры тела пациента)

2.3. гладкий закругленный конец трубки (атравматичная интубация)

2.4. дополнительное боковое отверстие на конце трубки, тип Мэрфи

2.5. маркировка, позволяющая контролировать глубину интубации

2.6. стерильно, для однократного применения

Лоты 8, 9

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Гибкий проводник для эндотрахеальных трубок (интродьюсер)

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для правильного расположения эндотрахеальной трубки относительно структуры трахеи с последующим её проведением в случае трудной интубации.

2.2. Одноразовое изделие.

2.3. Не содержит латекс,

2.4. Стерильно.

2.5. Легко открывающаяся индивидуальная упаковка.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации



В.В.Гоменюк