

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
весов медицинских**

1. Состав (комплектация) 1-й единицы

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Весы медицинские электронные педиатрические	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Базовые параметры	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Наличие платформы для расположения ребенка при взвешивании	наличие
2.2.	Пределы допустимой погрешности при взвешивании в диапазоне взвешивания от 10 до 20 кг, не более, грамм	$\pm 7,5$
2.3.	Учет массы подстилки в пределах от 0,05 до 3,0 кг	наличие
2.4.	Индикатор с цифровым отображением результатов измерений	наличие
2.5.	Масса весов, не более, кг	10

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
весов медицинских**

1. Состав (комплектация) 1-й единицы

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Весы медицинские электронные для взвешивания общего назначения	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Базовые параметры	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Возможность непрерывной работы весов	Не более 16 часов
2.2.	Наибольший предел взвешивания	Не менее 150 кг.
2.3.	Дискретность индикации в интервале:	
	- от 0.5 до 40 кг	Не более 20 г.
	- от 40 до 150 кг	Не более 50 г.
2.4.	Пределы допустимой погрешности при взвешивании:	
	- в диапазоне от 0,5 до 40 кг	Не более +/- 20 г.
	- в диапазоне от 40 до 100 кг	Не более +/- 50 г.
	- в диапазоне от 100 до 150 кг	Не более +/- 100 г.
2.5.	Весы должны иметь индикатор с цифровым отображением значений	Наличие
2.6.	Весы должны иметь возможность запоминать значение последнего взвешивания.	Наличие
2.7.	Масса весов	Не более 15 кг.
2.8.	Время установления показаний при взвешивании	Не более 5 сек.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.