

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1. Катетер для ЭРХПГ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Катетер для ЭРХПГ	Катетер для ЭРХПГ	60 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Длина не менее 1650 мм.

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8мм

2.4. Совместимый с проводником 0.021-0.035дюйма.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №2. Баллон-экстрактор для извлечения камней из желчных протоков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2 Баллон-экстрактор для извлечения камней из желчных протоков	Баллон-экстрактор для извлечения камней из желчных протоков	60 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Длина 1650-2300 мм.

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8мм.

2.4. Наличие канала для введения контраста.

2.5. Размеры баллона 10-20мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Приложение №1

Сфинктеротом струнный
двухпросветный одноразовый

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №3. Сфинктеротом струнный двухпросветный одноразовый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №3 Сфинктеротом струнный двухпросветный одноразовый	Сфинктеротом струнный двухпросветный одноразовый	60 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Длина 1650-2300 мм

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8 мм

2.4. Совместимый с проводником 0.021-0.035дюйма.

2.5. Режущая струна 20-25 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Приложение № 1

Сфинктеротом игольчатый
двухпросветный одноразовый

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4. Сфинктеротом игольчатый двухпросветный одноразовый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №4 Сфинктеротом игольчатый двухпросветный одноразовый	Сфинктеротом игольчатый двухпросветный одноразовый	60 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Длина 1650- 2300 мм.

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8 мм.

2.4. Длина режущей части не менее 3 мм, регулируемая.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Приложение № 1

Корзина для удаления инородных тел
к гибким эндоскопам (Корзина Дормиа)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №5. Корзина для удаления инородных тел к гибким эндоскопам (Корзина Дормиа)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №5 Корзинка для удаления инородных тел к.гибким эндоскопам (Корзина Дормиа)	Корзина для удаления инородных тел к гибким эндоскопам (Корзина Дормиа)	50 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовая.

2.2. Длина 1650 - 2300 мм.

2.3. Подходит для канала эндоскопа 2,8 мм.

2.4. Диаметр корзины 20-30мм.

2.5. Наличие канала для введения контраста.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.