

Приложение № 1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ 6 ~~Лот № 1~~ Электрод-нож монополярный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
	Электрод-нож монополярный	шт.	15

2. Технические требования:

- 2.1. Электрод-нож
- 2.2. Прямой.
- 2.3. Сечение 3*0,8мм
- 2.4. Установочный разъем 4 мм.
- 2.5. Стерилизуемые.
- 2.6. Удлиненный стержень, общая длина электрода не менее 14 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение № 2-1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ 7 ~~Лот № 2~~ Электрод-шарик монополярный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
	Электрод-шарик монополярный	шт.	10

2. Технические требования:

- 2.1. Электрод-шарик
- 2.2. антипригарный
- 2.3. диаметр шарика 3-4 мм
- 2.4. Прямой.
- 2.5. Общая длина электрода не менее 11 см
- 2.6. Установочный разъем 4 мм.
- 2.7. Стерилизуемые.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.