

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Электрод монополярный для гистерорезектоскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот №1	Электрод монополярный для гистерорезектоскопа	шт.	30

ЛОТ 8

2. Технические требования:

2.1. Рабочая часть в форме петли из тонкой проволоки. Тип «петля».

2.2. Режущая угловая петля 90°.

2.3. Диаметр 24СН.

2.4. Многоразовый.

2.5. Совместимость с ранее закупленным оборудованием гистерорезектоскопом фирмы Нора и фирмы Lawton.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.