

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Кабель высокочастотный монополярный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№1.	Кабель высокочастотный монополярный	шт.	2

ЛОТ 9

2. Технические требования:

- 2.1. Кабель монополярный высокочастотный многоразовый для гистерорезектоскопа.
- 2.2. Длина 2,5-3м .
- 2.3. Совместимый с имеющимися в наличии гистерорезектоскопом производства Нора, Lawton.
- 2.4. Разъёмы со стороны высокочастотного блока, совместимые с электрохирургическим аппаратом EMED TS350.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.