

Приложение №1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Лот №1 Аппарат для выполнения оптической когерентной томографии (ОКТ) и внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)

| №<br>п/п | Наименование                                                                                             | Кол-во |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.1      | Основной блок (консоль) системы обработки получаемым методом ОКТ и ВСУЗИ                                 | 1 шт.  |
| 1.2      | Монитор врача                                                                                            | 1 шт.  |
| 1.3      | Монитор оператора                                                                                        | 1 шт.  |
| 1.4      | Блок управления (для подключения датчиков и их протяжки)                                                 | 1 шт.  |
| 1.5      | Мобильная тележка для перемещения системы                                                                | 1 шт.  |
| 1.6      | Катетер для проведения оптической когерентной томографии                                                 | 10 шт. |
| 1.7      | Катетер для проведения внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)                                                     | 10 шт. |
| 1.8      | Комбинированный катетер для проведения оптической когерентной томографии и внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ) | 10 шт. |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

|       |                                                                 |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1.  | <b>Катетер для проведения оптической когерентной томографии</b> |         |
| 2.1.1 | Диаметр дистальной части не более 1,0 мм                        | Наличие |
| 2.1.2 | Длина рабочей части не менее 135 см                             | Наличие |
| 2.1.3 | Глубина оптического сканирования не менее 5 мм                  | Наличие |
| 2.1.4 | Наличие в комплекте стерильного чехла и шприца для промывания.  | Наличие |
| 2.2.  | <b>Катетер для проведения внутрисосудистого УЗИ (ВСУЗИ)</b>     |         |
| 2.2.1 | Диаметр дистальной части не более 1,0 мм                        | Наличие |
| 2.2.2 | Длина рабочей части не менее 135 см..                           | Наличие |
| 2.2.3 | Акустическая операционная частота не менее 30 Hz                | Наличие |
| 2.2.4 | Акустический радиус не менее 6 мм                               | Наличие |
| 2.3.  | <b>Катетер комбинированный для проведения внутрисосудистого</b> |         |

|       | <b>УЗИ (ВСУЗИ)</b>                               |         |
|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 2.3.1 | Диаметр дистальной части не более 1,0 мм         | Наличие |
| 2.3.2 | Длина рабочей части не менее 135 см.             | Наличие |
| 2.3.3 | Акустическая операционная частота не менее 30 Hz | Наличие |
| 2.3.4 | Акустический радиус не менее 6 мм                | Наличие |
| 2.3.5 | Глубина оптического сканирования не менее 5 мм   | Наличие |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования согласно аукционным документам.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.