

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Моюще - дезинфекционная машина не проходного типа	штук	1
1.2	Транспортная тележка	штук	1
1.3	Загрузочная тележка 5-и уровневая для одновременного размещения хирургического инструмента на 10 DIN лотках со съёмными уровнями	штук	1
1.4	Сетчатые DIN лотки для хирургического инструмента	штук	20
1.5	Сетчатая крышка для сетчатых DIN лотков	штук	2
1.6	Зажим-фиксатор для крепления инструмента в сетчатых лотках	штук	2
1.7	Загрузочная тележка 3-х уровневая для мойки МИХ инструмента со съёмными уровнями.	штук	1
1.8	Сетчатая вставка с крышкой и внутренними фиксаторами для мойки жестких эндоскопов длиной не менее 60 см.	штук	2
1.9	Сетчатый лоток из мелкоячеистой сетки с фиксируемой крышкой для мойки мелких принадлежностей и инструментов	штук	2
1.10	Вставка из нержавеющей стали для мойки и дезинфекции лотков и касет	штук	1
1.11	Канистра (5л) для нейтрализующего раствора	штук	1
1.12	Канистра (5л) для моющего раствора	штук	1

1.13	Патрон для обессоливания воды, заполненный максимальная пропускная способность 800л/ч	штук	1
------	---	------	---

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

Специальные технические требования:

	Крупногабаритная, высокопроизводительная моюще - дезинфекционная машина, модель не проходного типа с одной стеклянной, ручную открываемыми дверью для фронтальной загрузки и выгрузки.
2.1	Общий объем моечной камеры не менее 260 литров
2.2	Агрегат для сушки обрабатываемого инструментария путем подачи в камеру и во внутренние полости инструмента горячего воздуха с НЕРА фильтром. Наличие предварительного фильтра (степень очистки > 99,92 %)
2.3	Регулировка температуры воздуха во время сушки. Производительность сушильного агрегата не должна превышать 150 м ³ /ч.
2.4	Микропроцессорное управление. Наличие в том числе свободно программируемых создаваемых пользователем программ с возможностью изменения параметров программы. Сервисные программы. Наличие не менее 20 программ мойки
2.5	Сенсорный дисплей для индикации диалога пользователя и программного диалога, хода выполнения программы, температуры, текстовых сообщений, остаточного времени работы, индикация ошибок.
2.6	Термическая дезинфекция при 93 °С.
2.7	Блокировка дверей во время прохождения цикла обработки.
2.8	Система конденсации пара (парогасителя). Пароконденсаторная система
2.9	Сенсорная панель управления. Язык управления – русский.
2.10	Сенсорные датчики вращения разбрызгивающих коромысел с системой контроля за скоростью их вращения.
2.11	Для обеспечения высокого качества ополаскивания, моющая машина должна быть оборудованы системой контроля электропроводности ополаскивающей воды с возможностью ее настройки на различные пределы. При превышении установленного предела (в случае некачественного ополаскивания) машина должна автоматически повторить цикл ополаскивания.
2.12	Высокопроизводительный циркуляционный насос с системой контроля и регулировки давления. Производительность насоса не менее 600 л/мин
2.13	Гибридная система нагрева: электрическая + паровая

2.14	Многоступенчатый фильтр в системе рециркуляции воды. Иметь фильтры в системе подачи воды.
2.15	Распределение прав доступа посредством пароля.
2.16	Подключение к водопроводу холодной, горячей и дистиллированной воды, канализации, вытяжной вентиляции.
2.17	Дозировочные приспособления для одного жидкого моющих и одного нейтрализующего вещества с системами контроля за точностью дозирования. Наличие датчиков уровня моющих веществ в канистре.
2.18	Внутренний отсек для размещения канистр с моющими веществами.
2.19	Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка изготовлена из нержавеющей стали. Габаритные размеры не менее 560x590x800 мм.
2.20	Входное напряжение для инсталляции, общая максимальная потребляемая мощность 380 Вольт не более 20 кВт.